

シリンジによるマニュアル操作方法ガイド

1. サンプルの準備



シリンジ、サンプル、開始バッファー、溶出バッファーを準備

2. カラムの平衡化



開始バッファーで平衡化

3. カラムへのサンプル添加



サンプル添加と開始バッファーによる洗浄

4. 結合タンパク質の溶出



溶出バッファーで目的タンパク質をゆっくりと溶出