

ÄKTA go

はじめてお使いの方へ

(UNICORN 7.11 ~ 版)



1、はじめに.....	4
2、起動.....	14
<System Control>	17
3、システムの準備.....	17
4、カラムの接続.....	20
5、インジェクションバルブの準備.....	23
6、フラクションコレクター	24
7、メソッドの作成.....	29
8、メソッドの実行.....	38
9、データ処理.....	49
10、システムの終了.....	49
11、メンテナンス.....	55
12、データ管理.....	56
13、付録.....	60

この資料は、本機の User Manual および Operating instructions を補足する資料です。機器操作の詳細や最新情報は、弊社 Global site よりそれぞれのマニュアルを参照ください（下記の資料番号にて検索いただけます）

- ÄKTA go User Manual : 29391392
 - ÄKTA go Operating instructions: 29360951
- Global site : www.cytiva.com

安全上のご注意

誤った取扱いをした場合に生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。



警告

誤った取扱いをした場合に、死亡や重傷を負う可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをした場合に、傷害または物的損害が発生する可能性があるもの。



警告



禁止

電源プラグの抜き差しにより、運転を停止しない

火災・感電の原因になります。



禁止

電源コード・電源プラグを傷つけない

●加工しない ●束ねない ●ねじらない ●折らない ●物をのせない ●加熱しない ●無理に曲げない

破損して火災・感電の原因になります。



根元まで
差し込む

電源プラグのほこりを取り除き、刃の根元まで確実に差し込む

接続が不十分だと、隙間にほこりが付着して火災・感電の原因になります。



禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。



禁止

使用時や使用直後（運転停止後約 60 分間）は、操作に関係のない部位には触れない

高温部に触れ、やけどの原因になります。



禁止

同梱の電源コード・電源プラグ以外のコード・プラグを使用しない

故障・火災・感電の原因になります。

必ずお守りください

弊社機器に関する一般的な注意事項を記載しています。取扱いの詳細は必ず製品添付の使用説明書をご覧ください。

図記号の意味は次の通りです



禁止

してはいけない「禁止」を示します。



必ず実行していただく「強制」を示します。



禁止

電源コードを途中で接続しない、タコ足配線をしない

火災・感電・故障の原因になります。



禁止

修理・分解・改造はしない

火災・感電の原因になります。



指定の
規格

取扱説明書に指定された規格のコンセントを使用する

指定された規格以外で使用すると火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んでいる、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



プラグを
抜く

異常時は、運転を停止して電源プラグを抜く

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。



禁止

同梱の電源コード・電源プラグを他の電気機器に使用しない

故障・火災・感電の原因になります。



注意



禁止

設置時は、次のような場所には置かない

●不安定な場所 ●湿気やほこりの多い場所 ●油煙や湯気が当たる場所 ●直射日光の当たる場所 ●風雨のあたる場所 ●熱器具の近く ●高温になる場所 ●吸・排気口をふさぐような場所

このような場所に置くと、ショートや発熱、電源コードの被膜が溶けるなどして、火災や感電、故障、変形の原因になることがあります。



禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因になります。



水平

水平で丈夫な場所に設置する



プラグを
持つ

電源プラグを持ってまっすぐ引き抜く
ななめに引き抜いたり、コードを持って抜くと、
プラグの刃や芯線が破損してショート・感電・
発火の原因になります。



低温室で使用する場合の注意



電源を
入れる

装置を低温環境下でご使用になる場合、
システム電源は常時入れておく

低温環境下で長時間システムの電源を落とした状態で放置すると、結露などにより故障の原因になります。ランプなどの消耗品はOFF にしておくと、劣化を防ぐことができます。



電源を
入れない

装置を低温室から常温の場所に移動させる
場合、常温に設置後、装置内の結露が無く
なるまでシステム電源を入れない（状況に
より異なるが、通常半日から一昼夜）
感電・漏電火災の原因になります。

掲載されている製品は、試験研究用以外には使用しないでください。

記載されている内容は予告なく変更、修正される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製品名に付記される番号の中には、製造上の管理でのみ適用される番号（単品で購入ができないものなど）や、製造終了品も含まれます。

掲載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

ソフトウェア UNICORN の動作保証は、弊社が納品しインストールしたコンピューターに限ります。他のコンピューターに追加インストールする場合にはライセンス契約（有料）が必要となります。

コンピューターに指定以外の外部装置やソフトウェアなどを接続、インストールした場合、動作の保証はいたしかねます。

マニュアル類は、グローバルサイトよりダウンロード可能です。

グローバルサイト（英文） www.cytiva.com

1. はじめに

このマニュアルは、はじめて ÄKTA go をお使いになる方への取り扱い説明のために書かれたものです。より詳しい使用方法是、機器付属の英文マニュアル、ヘルプメニューなどを参照してください。英文マニュアルの入手方法は本書の付録に記載しています。


システムの設置状況、コンピューター、コンフィグレーションを含むソフトウェアの設定およびバージョンにより、表記と異なる場合があります。

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

1.1. ÄKTA go 本体の構成


* : オプション

※ システム構成により、異なることがあります。







1. ポンプ
2. リンス液容器
3. UV モニター
4. ミキサー
5. 圧力センサー
6. *I/O-box
7. インジェクションバルブ
8. *カラムバルブ
9. トップトレイ
10. レール
11. コントロールパネル
12. *オプションインレットバルブ
13. コンダクティビティモニター
14. *pH バルブ
15. *フラクションコレクター
16. *エアーセンサー
17. フローリストリクターFR902
18. インレットバルブ
19. アウトレットバルブ
20. ボトムトレイ

コントロールパネル




ステータスインジケータ

ステータス	ディスプレイ	説明
Off		電源 Off
on/off 切り替え	 白いライト半分点灯	On/off ボタンを押すことで、on/off が切り替わる
オフライン	 オフラインでは IP アドレス、シリアル番号が表示	電源 on、システムは UNICORN サーバーに接続されていない
接続	 白いライトが点滅	システムは UNICORN サーバーに接続されている
Ready	 白いライト点灯	システムは Ready、使用可能

ステイタス	ディスプレイ	説明
Run	 緑ライト点灯	Run 状態
Pause	 オレンジライト点灯	Pause（ポンプ送液停止）
Hold	 黄色ライト点灯	Hold 状態（ポンプ送液）
Wash	 青ライト点灯	システム Wash またはポンプ Wash 中
アラームとエラー	 赤ライト点滅	システムは Pause。エラーの原因を調べ、Acknowledge し、Continue で UNICORN を実行
パワーセーブ	 白ライト半分点灯	システムはパワーセーブモード
Re-programming		モジュールにコンフィグレーションをインストール中

ÄKTA go の流路図

システムの構成により、下図とは異なる場合があります。



No	機能	No	機能
1 *	A インレットバルブ (V9-ImA)	10 *	カラムバルブ (V9-C または V9-Cm)
2 *	B インレットバルブ (V9-ImB)	11	UV モニター (U9-L)
3 *	サンプルインレットバルブ (V9-ImS)	12	コンダクティビティモニター
4A *	エアセンサー (L9-1.5)	13	フローリストリクターFR-902 標準ポジション
4B *		14 *	pH バルブ (V9-Os) とフローリストリクター
5	インレットバルブ (K9)	15	アウトレットバルブ (V9-Os)
6	ポンプ (P9-S)	16 *	フラクションコレクター (F9-R)
7	圧力モニター (R9-1n)	17 *	I/O-box (E9)
8	ミキサー		
9	インジェクションバルブ (V9-J)		

◆ システムポンプ P9-S（1 ポンプ、2 ヘッド）

流速 0.01 ～ 25 ml/min、耐圧 5 MPa。

リンス機構あり。

◆ バッファートレイ

耐荷重：6 kg 2x1L+2x2L

1 点 2 kgまで


◆ バッファーバルブ

☐ K9（標準装備）

システムポンプの上流に位置するインレットバルブ（バッファー、サンプル、洗浄液）。

インレット A とインレット B のスイッチングによりぐらじえんとを形成する。

コネクター：5/16" UNF



◆ 6 ポートバルブ（オプション）


☐ V9-ImA、V9-ImB

インレットバルブの上流に位置する 6 ポートバルブ。初期ポジションは A1、B1

A インレット（V9-ImA）：A1 ～ A6

B インレット（V9-ImB）：B1 ～ B6

コネクター：5/16" UNF




◆ サンプルバルブ（オプション）

☐ V9-ImS

インレットバルブの上流に位置する 6 ポートバルブ。初期ポジションは Buffer

ポート名：Buffer、S1 ～ S5（サンプル用）

コネクター：5/16" UNF




◆ ミキサー（スタティックミキサー）

グラジエントの再現性を得るために、ライン中で溶液を混合します。ミキサーチャンバーボリューム 1 mL。

◆ オンラインフィルター

カラムおよびラインの閉塞を防ぐため、ミキサーの前にオンラインフィルターを接続することができます。

オンラインフィルターは 0.75mm の UNION 1/16"M/ UNION 1/16"M コネクター（29383531）で接続します。




Part	Description
1	Bottom nut
2	Holder
3	Support net
4	Filter
5	Top nut

ポンプからサンプルを添加する場合はオンラインフィルターを接続しないでください。

◆ インジェクションバルブ（V9-J）

3つのポジションがあるサンプル添加専用バルブです。

ポジションを切り換えることにより、チュービングの繋ぎ換えをすることなく、サンプルループやポンプからサンプルを添加することができます。



Load

初期ポジション。システムポンプから送液されたバッファーは、直接カラムに流れます。

また、シリンジを使用してサンプルをサンプルループに充填する際も、このポジションを使用します。

Inject

サンプルループに充填されたサンプルをカラムへ送液するポジション。システムポンプから送液されたバッファーは、サンプルループを流れてカラムに流れます。

Waste

システムポンプから送液されたバッファーは、廃液ポートに流れます。Pump Wash を選択した時には自動的にこのポジションに切り替わります。

◆ サンプルループ、スーパーループ

インジェクションバルブに接続して使用します。

- ☐ サンプルループ：10 μ l（18112039）、100 μ l（18111398）（以上耐圧 25 MPa まで）、500 μ l（18111399）、1 ml（18111401）、2 ml（18111402）（同 10 MPa まで）、5 ml（18114053）（同 1 MPa まで）
- ☐ スーパーループ：150 ml までのサンプルを添加。
10 ml（18111381）、50 ml（18111382）（同 4 MPa まで）、150 ml（18102385、別途コネクタ及びチュービングが必要）（同 2 MPa まで）



◆ カラムバルブ（オプション）

5 本タイプ 圧力センサー搭載（アドバンスカラムバルブ）

- ☐ V9-C

5本までのカラムを並列に接続可能（初期ポジションはバイパス）。

順方向（Down Flow、標準）と逆方向（Up Flow）の設定が可能。



カラム入口およびカラム出口に圧力センサーを搭載。

3 本タイプ

- ☐ V9-Csm


3本のカラムを接続可能（初期ポジションはバイパス）。

順方向（Down Flow、標準）と逆方向（Up Flow）の設定が可能。



◆ カラムクランプ

- カラムクランプ (28956319)
外形 10-21 mm カラム用クランプ。
長いカラムは 2 つのクランプでカラムを保持。




Part	Description
1	Position for a column
2	Inner end tabs

- M ulti-directional カラムクランプ (29383530)
外形 12-18 mm カラム用クランプ。
UV セルにカラムを直結するときに使用。
長いカラムは 2 つのクランプでカラムを保持。



Part	Description
1	Base clamp with snap-in to holder rails
2	Position for a column

1 の爪でホルダーレールに固定。



- カラムホルダー (28956282)
外形 10-50 mm カラム用クランプ。長いカラムは 2 つのクランプでカラムを保持。



Part	Description
1	Position for a medium sized column or bottle
2	Position for a small sized column
3	Tab for holder attachment/detachment
4	Snap-in to holder rails

◆ 圧力センサー

- システムポンプ：標準装備
- カラム入口 / 出口：V9-C（アドバンスカラムバルブ）に装備


<圧力表示>

- Pressure：システムポンプ圧
- Pre column（PreC） pressure：カラム入口圧
（V9-C のみ）
- Post column（PostC） pressure：カラム出口圧
（V9-C のみ）
- Delta column（DeltaC） pressure：カラム出入口差圧
（V9-C のみ）

<設定可能なアラーム>

- Pressure
- Pre column pressure（V9-C のみ）
- Delta column pressure（V9-C のみ）

システムポンプ圧
0.6 MPa



◆ UV モニター（U9-L）

280 nm の固定モニター

LED ランプ

標準セル：光路長 2 mm（セル内容積 2 μ l illuminated volume、Total volume 30 μ l）

オプションセル：光路長 5 mm セル（18112824）（セル内容積 6 μ l、Total volume 20 μ l）、0.4mm セル（29364878）（セル内容積 1 μ l / Total volume 17 μ l）



◆ コンダクティビティモニター（C9）

電気伝導度のオンラインモニタリング

測定範囲 0.01 ~ 999.99 mS/cm



◆ pH バルブ（オプション）


☐ V9-pH

実験内容や使用するカラムにより pH フローセルおよび FR-902 の流路切り換えが可能なバルブ
初期ポジションは pH フローセルがオフライン、FR-902 がインライン。

◆ pH モニター（オプション）

測定範囲 pH 0 ~ 14（直線性は pH 2 ~ 12）、0.1 pH 単位で測定可能

使用時は pH 電極（28954215）を pH バルブのフローセルへ装着



電極の最大耐圧は 0.5 MPa です。システム下流に流路を閉塞するなど、背圧をあげないようにしてください。FR-902 は pH 電極よりも上流に位置します。

◆ フローリストリクター FR-902（18112135、標準搭載）

システムを安定稼働させる上で重要なパーツのため、システムから外すことなく、常時インラインで使用します。

流速や配管により、発生する圧力が異なります。

目安のシステム圧（常温設置、標準配管）：1 ml/min で超純水を送液し、0.15 ~ 0.25 MPa。

システムポンプやサンプルポンプの流量を恒常的に安定化し、さらに UV フローセルでの気泡発生によるノイズを防止するためにバックプレッシャーをかけるパーツで、平均 0.2 MPa（※）の圧を発生します。フローリ ストリクターによる背圧は、カラムに対してハードウェア（筒の部分）のみにかかり、カラムに充填された担 体には負荷されません。



Tips! オプションの pH バルブが装着されている場合には、ハードウェア耐圧が 0.5 MPa 未満の空カラム（例：XK 50）を使用する時のみ、メソッド実行中は pH バルブのポジションを切換え、フローリ ストリクターはオフラインにします。マニュアルランでは、その都度 pH バルブの設定を変更（フローリ ストリクターをオフライン）します。


XK 50 カラムでベッド高 40 cm 以下の場合、耐圧の高い HiScale カラムの使用をお勧めします。

◆ アウトレットバルブ（V9-Os）

3 ポートバルブ V9-Os Waste、Frac、Out1

コネクター：10-32 UNF


初期ポジションは Waste



12 ポートバルブ V9-O：Waste、Frac、Out1 ～ Out10（オプション）

コネクター：10-32 UNF

初期ポジションは Waste



◆ フラクションコレクター

□ F9-R（ラウンド型）

- 標準ラック：12 mm 試験管用ラック（19868403 または 19724202）（175 本）
18 mm 試験管用ラック（18305003 または 19868902）（95 本）
- オプションラック：30 mm 試験管用カセット（18112467 または 18112468）（40 本）

いずれも試験管の高さは 5 ～ 18 cm の間に対応。

必要に応じてチューブサポートを装着して、高さを調整します。



□ F9-T（プレート型）

下記のプレートまたはマイクロチューブ、試験管が使用可能

使用可能なプレート

寸法が同じであれば、他のメーカーのプレートも使用できます。

プレート	最大容量	デフォルト容量	推奨メーカー
96 well microplate ^{*1}	0.3 mL	0.1 mL	Whatman™
96 deep well plate ^{*2}	2 mL	2 mL	Corning™
48 deep well plate ^{*3}	4.5 mL	4 mL	Greiner™
24 deep well plate ^{*2}	9 mL	8 mL	Nunc™

^{*1} 使用にはマイクロプレートホルダーF9-Tとマイクロノズル F9-T が必要です。

^{*2} 標準的な高さ 44mm の角型ウェルのみ使用可能

^{*3} 角型ウェル A1 ～ H6 は、高さ 44mm の標準タイプのみ使用可能



マイクロチューブ、試験管とそれに適したホルダー

マイクロチューブのサイズが 0.5 mL、1.5 mL、2 mL の場合は、Eppendorf™を推奨します。15 mL および 50 mL の試験管は Falcon™を推奨します。同等の品質と寸法であれば、他のメーカーのチューブを使用できます。

チューブのサイズ	適したホルダーのタイプ
1.5 mL マイクロチューブ	24 deep well plate* ¹
2 mL マイクロチューブ	24 deep well plate* ¹
15 mL 試験管 ²	Tube rack for 50 mL tubes
50 mL 試験管	Tube rack for 50 mL tubes

¹ 蓋が付いているマイクロチューブの場合のみ可能。


² ホームポジション用のみで、分画用ではありません。

◆ 外部エアセンサー（L9-1.5（28956500）：オプション）

最大 1 個まで接続可能。

フローセル（1）をアダプター（2）（28956342）およびボトルホルダー（3）（28956327）を用いて固定。

L9-1.5：内径 1.5 mm、低圧用。主にポンプインレットチュービング中に接続して使用。コネクター：5/16" UNF。



◆ 外部 I/O ボックス（E9：オプション）

外部装置への信号（波形など）の入出力を行うユニット。

アナログ信号：出力（±1 V）2 種まで、および入力（±2V）：2 種まで

デジタル信号：出力：4 種まで、および入力：4 種まで



◆ ご使用のシステム構成

☐ コンフィグレーション

バージョン	
-------	--

☐ ÄKTA go


インレットバルブ	標準	☐ K9	☐ V9-IA	☐ V9-IB
カラムバルブ	オプション/標準	☐ 無し	☐ V9-Cm	☐ V9-C
UV モニター	標準	☐ U9-L		
pH バルブ	オプション	☐ 無し	☐ V9-pH	
アウトレットバルブ	標準	☐ V9-Os		
フラクションコレクター	標準	☐ 無し	☐ F9-R	☐ F9-T
サンプルバルブ	オプション	☐ 無し	☐ V9-ImS	
外部エアセンサー	オプション	☐ 無し	☐ L9-1.5	
i/o ボックス	オプション	☐ 無し	☐ E9	

1.2. ÄKTA go での実験準備から後片付けまでの流れ

◆ 準備するもの

- ☐ カラム、コネクター類
- ☐ サンプル
- ☐ 脱気した超純水（用時調製します）
- ☐ 精製で使用するバッファー（用時調製します）
- ☐ 20%エタノール
- ☐ ディスポーザブルシリンジ（サンプルの液量に合わせた容量）
- ☐ フラクションコレクター用の試験管・プレート等

◆ システムの準備とチェックポイント



2. 起動

2.1. システム本体と UNICORN の起動

ÄKTA go では、少なくとも 3 口（ラップトップの場合は 2 口）のコンセントが必要です。システム本体、コンピューター、ディスプレイのソケットをコンセントに接続します。必要に応じ、プリンターや外付けハードディスクドライブ（オプション）のソケットをコンセントに接続します。なお、これらコンセントの一部を OA タブで管理することがあります。

1. ÄKTA go 本体の全面にある主電源（5）を 2 秒押します。

低温下で使用する場合は結露防止のため本体の電源は常時通電状態にします。
コンピューター起動の前に一度主電源を切り、再度電源を入れます。

2. コントロールパネルは白いライトが約 2 秒間点灯します。

3. システムの電源が入りました。
コントロールパネルには **Offline** と表示されます。
4. コンピューター、ディスプレイ、必要に応じプリンターの主電源を入れます。
Windows が立ち上がります。
コントロールパネルの表示が **Offline**→**Connect**→**Ready** にかわります。
5. PC のデスクトップの UNICORN アイコンをダブルクリックして起動します。
UNICORN の起動が速すぎると、データベースへアクセスできないことがあります。

6. Log In ダイアログが表示されたら **User Name** より **Default** を選択し、**Password** に「**Uni@55corn**」と入力し、**LOGIN** ボタンをクリックします。
起動するモジュールはチェックボックスで選択することができます。起動しなかったモジュールや閉じてしまったモジュールを追加で起動する場合は、UNICORN アイコンをダブルクリックします。Log In ダイアログで、起動したいモジュールにチェックを入れ、**LOGIN** ボタンをクリックします。
各モジュールの Tools メニューからでも呼出可能です。



☐ Use Windows Authentication ?

User Name:

Password:

Domain:

Access:

☒ Administration ☒ System Control

☒ Method Editor ☒ Evaluation

LOG IN

CANCEL


Tips! パスワードの入力の有無は、UNICORN Configuration manager にて設定を変更することが可能です。Windows の Start ボタンより「UNICORN Configuration manager」で検索します。

UNICORN をインストールし、Default ユーザーが初回ログインする際のパスワードは「default」です。ただし、ログイン直後にパスワードの変更が要求されます。弊社日本法人では、便宜上ログインパスワード、Signature パスワードを下記に設定しています。

UNICORN 7.4 - 7.10 : uni55corn、uni66corn

UNICORN 7.11 以降 : Uni@55corn、Uni@66corn

7. コンピューターと ÄKTA go 本体のコミュニケーションが取れると、UNICORN の System Control 画面には「Ready」と表示されます。




Tips! UNICORN と ÄKTA go が接続しなかったら

接続設定がされていない（解除されていた）場合は以下の手順で接続します。

1. **System Control** 画面より、**System** ↓ **Connect to Systems** を選択し、**Connect to systems** ダイアログを表示します。
2. System name にチェックを入れます。また **Control** ラジオボタンが選択されていることを確認します。
3. **OK** ボタンをクリックします。

上記方法で接続できなかった場合は、コンピューター、ÄKTA go 本体の電源を落とし、再起動します。




2.2. UNICORN の操作モジュール

UNICORN には 4 つの操作モジュール（**Administration**、**Method Editor**、**System Control**、**Evaluation**）があり、画面最下段のタスクバーにボタンが表示されています。表示は順不同です。以下の表に各モジュールの主な機能を示します。

モジュール	主な機能
Administration	ユーザーおよびシステムの設定、システムログおよびデータベース管理を行います
Method Editor	メソッドを作成・編集します
System Control	メソッドの開始、表示、およびマニュアル制御を行います
Evaluation	結果を表示し、クロマトグラムの印刷を行います

2.3. 操作画面

モジュールの切り替え：操作したいモジュールのボタンを、タスクバーから選んでクリックします（表示は Windows の設定により異なります）。




Tips! 開いていないモジュールを起動させるには

1. デスクトップの **UNICORN** アイコンをダブルクリックします。
2. **Log On** ダイアログの **Option** ボタンをクリックして、これから起動したいモジュールにチェックを入れます。
3. **OK** ボタンをクリックします。

各モジュールの **Tools** メニューからでも呼出可能です。

2.4. Process Picture : プロセスピクチャー

マニュアル操作の一部は System control 画面の下方にある **Process Picture** より入力が可能です。





1. 該当するコンポーネントの図をクリックします。
2. 表示されたパネルから、コマンドの値を入力し、そのコマンドに対応するボタンをクリックします。

＜プロセスピクチャーよりコマンド入力可能なコンポーネント＞

- ・ バッファバルブ、サンプルバルブ（オプション）
- ・ システムポンプ
- ・ インジェクションバルブ
- ・ カラムバルブ（オプション）
- ・ UV モニター（オートゼロ）
- ・ pH バルブ（オプション）
- ・ アウトレットバルブ
- ・ フラクションコレクター

エアセンサー内蔵バルブを使用の場合、センサーが空気を検出すると、プロセスピクチャーのバルブ右肩に○印が表示されます。



3. システムの準備

3.1. 廃液チュービングの確認

廃液ボトルの中が空になっていることを確認します。

PTFE または ETFE 製の廃液チュービング（インジェクションバルブ W1 および W2、pH バルブ W3（オプション）、アウトレットバルブ W）を廃液ボトルに接続します。廃液ボトルは実験台もしくはそれよりも低い位置に置きます。



廃液チュービングの先端は廃液に浸からないようにしてください。


3.2. リンス液のチェック

ポンプピストン内の、バッファーが満たされない部分の洗浄のためのリンス液として 20%エタノールを使用します。使用前にリンス液が減っていないか、濁っていないかを確認します。減っていたり、濁っていたりする場合は交換します。

1 週間に 1 回以上使用の場合には、週 1 回定期的に 20%エタノールを交換します。

＜リンス液を交換する＞

1. 50 ml 試験管を回転させて取り外し、20%エタノールを入れます。
2. 25-30 mL のシリンジをアウトレットチュービング（右図）に接続しゆっくりリンス液を吸い上げます。
3. リンス液は 50 ml 試験管の半分程度までいれ、アウトレット側のチュービングは水面より上になるようにします。




3.3. インレットチュービングのページ（エア抜き）


インレットチュービングから吸い込まれた溶液は、左右 2 個のポンプヘッドへ入り、ミキサーに向かって押し出されます。1 種類の溶液に対して、必ず左右 2 個のポンプヘッドのページ作業を行います。

ここでは A、B の 2 本のインレットチュービングを使用する実験のためのページ操作例を示します。

1. A、B のインレットチュービングを十分に脱気した超純水入りボトルに接続します。
2. **System Control** にて **Process Picture** の **Pump** パネルより、ページするインレットを指定します。



3. パージバルブに 25-30 mL のシリンジをしっかりと差し込み、パージバルブを反時計回りに 1.5 回転して、シリンジのピストンをゆっくり引いて、エアが無くなるまで概ね 10 ～ 20 ml 分の超純水を引き入れます。
4. シリンジを時計回りに回転してしっかりと閉じます。シリンジを抜いて、溶液を捨てます。
5. 引き続き、B インレットについても 2 ～ 4 と同様の操作を行います。



サンプルをポンプから添加する場合はサンプルインレットもパージします。


＜サンプルバルブ（オプション）＞

インレットチュービング（S1 などのサンプル添加で使用するインレットと、サンプルバルブのバッファー（ポート名 Buffer）インレットのいずれも）を超純水入りのボトルに接続し、インレット名を読み替えて、2 ～ 4 の手順に準じて行います。

サンプルバルブの初期ポジションは **Buffer** です。バッファーインレットをパージする際は、インレットの切り換え作業は不要です。

Process Picture パネルより、パージするインレットを指定します。

6. **End** ボタンをクリックします。



ポンプヘッドのパージ（エア抜き）

インレットチュービングのパージに続き、ポンプヘッドのパージを実施します。


その後、パージ操作が完全に行われたかどうかを、送液時の圧力変動が一定であることで確認します。

System Control にて


1. **Run Data** および **Chromatogram** を表示します。
2. **Process Picture** よりインジェクションバルブを **Waste** に切り替えます。




3. 使用するインレットを選択、流速 5 ml/min を入力し、**Set** をクリックします。



4. 送液を続けたまま、シリンジを左のポンプヘッドのパージバルブに接続。パージバルブを 1 回転半反時計方向に回してゆるめます。
5. 1 mL/秒のスピードでシリンジを引きエアが無くなるまでシリンジを引きます。
6. 時計回りにパージバルブを回し、パージバルブを閉めます。
7. 右のポンプヘッドも 4 ～ 6 の手順に準じてパージします。




8. **Process Picture** にてインジェクションバルブを **Load** に戻します。
9. **End** ボタンをクリックします。



不安定な圧力

圧力カーブが下图の「不安定な圧力」のような場合には、再度ポンプヘッドのパーズを実施します。




安定した圧力

不安定な圧力

不安定な圧力

Tips! マニュアル操作時に線流速 (cm/h) で送液するには、

1. **Manual instructions** ダイアログ上部にある **Select column type** の **Select** ボタンをクリックします。
2. **Select column type** ダイアログより使用するカラムを選択し、**OK** ボタンをクリックします。
3. 注意メッセージが表示される場合は **OK** ボタンをクリックします。
4. **Pumps** → **System Flow** を選択し、**Linear Flow** にチェックを入れます。
5. **Flow rate** に線流速を入力し、**Execute** ボタンをクリックします。



Sample flow も同様に線流速で送液可能です。

Tips! カラム流速 (**CV/h** : 1 時間あたりに何カラム体積、送液するかの単位) を選択することが可能です。スケールアップ/スケールダウン時にベッド高が異なり、接触時間 (レジデンスタイム) を揃える場合などで効果的に用いることができます。カラム流速は以下の式で算出します。

カラム流速 = $60 \div \text{接触時間}$

例) 接触時間が 3 分の場合、 $60 \div 3 = 20 \text{ CV/h}$

設定は、上記線流速の操作手順で「**Linear Flow**」を選択する代わりに、「**Column Flow**」を選択します。

4. カラムの接続

インジェクションバルブ、カラムバルブ、UV フローセルの接続形式のネジ規格は **10-32 UNF (1/16")** です。

ネジ規格の異なる製品を接続する場合には変換ユニオンが必要です。

・M6 規格のカラム例：XK (HiLoad) カラム (旧型)、HR カラム

1/16" male / M6 female (18111258)、1/16" female / M6 female (18112394) など

・5/16"規格のカラム例：HiScale 50 カラム、XK 50 カラム (新型)

1/16" male / 5/16" female (18114208)、5/16" female / 5/16" female (18117351) など

HiTrap、HiPrep、HiScreen との接続には赤色の Fingertight (28401081) を使用します。

ÅKTA go のカラム接続には内径 0.5 mm (オレンジ色) または内径 0.75 mm (緑色) の PEEK チュービングを使用します。

チュービングは専用のチュービングカッター (18111246) で切断します。

必要に応じ、1/16" female / 1/16" female (11000339) を用いて配管を延長します。

4.1. カラムの接続および超純水への置換


カラムバルブの有無およびバルブの種類により、接続方法が異なります。

ここでは V9-C のポジション 1 にカラムを接続する例を示します。バルブが無いシステムの場合には、バルブ操作について記載される内容を飛ばして、インジェクションバルブ V9-J と UV モニターの間にカラムを操作します。

1. 適切な長さのチュービングを、バルブのポート **1A** および **1B** に接続します。



2. カラム出口側のみストッププラグを外し、1B のチュービングと接続します。
3. カラムバルブ (オプション) 有りの場合、**Process Picture** より **Position 1 ↓** を選択します。



4. カラムの破損を防ぐために、システムの耐圧設定をします。


<V9-C>

Process Picture より

Set Limits をクリックします。

Column Type を選択するとカラムの耐圧が入力されます。**Set** をクリックして耐圧設定します。

登録されていないカラムの場合は適切な値を入力します。




<V9-Cm およびカラムバルブ無し>

Process Picture より

Set Limits をクリックします。

Column Type にて使用するカラムを選択すると、そのカラムの耐圧※が入力されます。**Set** をクリックして、耐圧設定します。

Pressure に直接圧力を入力することも可能です。




HiTrap、HiLoad、HiPrep、HiScreen カラムについては、Max delta column pressure に FR-902 で発生する 0.2 MPa を加算した値（ただし、カラムハードウェアの耐圧値を超さない）を Alarm pre-column pressure の耐圧値として入力します。

Tips! *Column handling の呼び出し方

1. System control にて **Tools** ↓ **Column handling** を選択します。
2. **Column Handling** ウィンドウの左側で、**Show by technique** から使用するカラムの手法を選択します。
3. **Column types** より使用するカラムを選択し、**Column Type Parameters** タブに記載されている **Max pre-column pressure** および **Max delta column pressure** の値を確認します。

Parameters	Value	Unit
Technique	Cation Exchange	
Column volume	4.657	ml
Column volume unit	ml	
Max pre-column pressure	0.8	MPa
Max delta column pressure	0.3	MPa
Default flow rate	2.7	ml/min
Max flow rate	5.4	ml/min
Default linear flow rate	347.89	cm/h
Max linear flow rate	695.78	cm/h
Min pH value (short term)	2	
Max pH value (short term)	14	
Min pH value (long term)	2	
Max pH value (long term)	12	

5. **Process Picture** より流速を入力します。0.2 ml /min で **Set** をクリックします。




6. インレット側（1A）に接続したチュービングの先端から超純水が出てきたら、カラム上部に超純水を滴下しながら接続します。
7. カラムを完全に超純水に置換します。カラムの至適流速の 1/2 に流速を上げ、徐々に至適流速まで流速を上げながらカラム体積の 3 倍量以上の超純水を送液し、**UV**、**Cond**、**PreC Pressure** カーブが安定することを確認します。

低温環境で使用する場合は液の粘性が上昇するので、最初は至適流速の 1/4 で送液します。

8. **End** ボタンをクリックし、送液を終了します。




Tips! 本体コントロールパネルの **Pause** (3) / **Continue** ボタン (4) を押すと、送液を中断/再開することができます。エンドタイマー機能を使うと、設定時間もしくは設定液量送液後に自動終了することができます。



4.2. バッファーへの溶液置換

インレットチュービングからインジェクションバルブまでの間の溶液を新しい溶液に交換します。それぞれのインレットチュービングをバッファーボトルに入れます。


1. **Process Picture** より、**Pump** をクリックします。
2. 使用するインレットを **Wash** でチェックして指定し **Pump Wash** をクリックします。
A,B 指定した場合は B→A の順番で Pump Wash されます。
3. ポンプからサンプル添加する場合はインレット **Sample** も **Pump Wash** します。



<サンプルバルブ>

サンプルインレットの溶液置換を行う場合にも、同様の手順で行います。以下は Buffer および S1 の溶液置換を行う場合です。


1. **Process Picture** より、**Pump** をクリックします。
2. **Wash** で **Sample** を指定し **Pump Wash** ボタンをクリックします。(初期設定は **Buffer**)
3. インレットを S1 に切り替え **Pump Wash** ボタンをクリックします。



Pump wash は、高流速で決まった容量を自動送液するコマンドで、**Pump Wash** 実施中は **Wash** ステータスをとります。この間は流速などのパラメーター変更は受け入れられません。**Pump wash** 中に入力したマニュアルコマンドは、**Pump wash** が終了したあと実行されます。

4. ポンプ洗浄が終了したら **End** ボタンをクリックします。

5. インジェクションバルブ



5.1. シリンジを用いたマニュアルサンプル充填

シリンジに吸い上げたサンプルを、サンプルループに充填します。

最初に正しく配管されていることを確認します。

1. インジェクションバルブのポート **LoopE** と **LoopF** にサンプルループを接続します。
2. **Syr** ポートにルアーロックコネクタが接続されていることを確認します。
3. **W1**、**W2** の廃液チュービングが廃液ボトルに接続されていることを確認します。



5.2. マニュアル操作によるスーパーループへのサンプル充填

サンプル液量が多い場合、スーパーループを使用します。その場合は、スーパーループのサンプル側（0 ml 側）を **LoopF** に、バッファー側を **LoopE** に接続します。またスーパーループはカラムホルダーで固定します。

5.3. ポンプによるサンプルの直接添加


配管変更の作業は不要です。

6. フラクションコレクター

6.1. F9-R（ラウンド型）

6.1.1. ラックの準備

- 標準ラック：12 mm 試験管用ラック（19868403 または 19724202）（175 本）
18 mm 試験管用ラック（18305003 または 19868902）（95 本）
- オプションラック：30 mm 試験管用カセット（18112467 または 18112468）（40 本）








12 mm 試験管用ラックと Eppendorf tube holder for Tube Rack 175×12 mm（18852201）を使用すると、スクリーキャップ型の 1.5 ml マイクロチューブを使用できます。

キャップ付きチューブを使用するときは一周分だけにするか、キャップを切断します。


6.1.2. ラックの取扱い

デリバリーアーム先端のチューブセンサーが試験管の位置を自動認識します。


1. ドライブスリーブを後方に引きながら、ボウルを取り外します。
ボウルを回す際も、ドライブスリーブを後方に引きます。ドライブスリーブが磨耗するとボウルの回転が不正確になります。
2. 十分な数の同じ長さ、直径の試験管をチューブホルダーに挿入します。長い試験管の場合には、チューブサポート（中敷きの板）を外すと試験管が安定します。
メソッドの途中で試験管が不足すると、自動的にポーズ状態になり、エラーが表示されます。
必要な数の試験管を追加して、**Continue** ボタンをクリックします。
3. ボウルを、フラクションコレクターに設置します。
4. デリバリーアームを軽くにぎり、少し上にひき上げた状態で、チューブセンサーを試験管に接触させます。チューブセンサーが 1 番目の試験管の外側に触れるように、ドライブスリーブを後方に押しながらボウルを回転させます。
5. ロックノブを緩めて、試験管の上端がチューブセンサーの水平ライン（5）になるようにアームの高さを調節します。




6. チューピングホルダーから突出する PEEK チューブの長さを 5 mm に調節します。デリバリーアームの小さなガイド孔を利用すると簡単に調節できます。



7. チューピングホルダーをデリバリーアームに差し込み、センサーコントロール（つまみ）で PEEK チューブの出口が試験管の中央になるようにします（30 mm 試験管用ラックが大きい○を、それ以外は小さい○にします）。




8. 1 本目の試験管にチューブセンサーを調節します。試験管がチューブセンサーの中央の縦線よりも後方に接するようにします。




6.2. F9-T（プレート型）

6.2.1. マイクロチューブのセット方法

1. 24 deep well plate にマイクロチューブを入れるときは、右の図のように、蓋を後ろに曲げて、右上の角に挿入します。



2. ラック内にマイクロチューブを入れるときは、蓋を後方に曲げてラックに入れます。マイクロチューブは、穴の丸い部分に入れ、蓋は蓋の形をした穴に配置します




6.2.2. 分注位置と調整

デフォルトの設定ではノズルの分注位置はウェル／マイクロチューブの中心ではありません。標準外のプレートを使用している場合は、分注デフォルトの位置を調整する必要がある場合があります。System Control の Setting からノズル分注位置が変更可能です。

6.2.3. アクセサリー

- F9-T 標準ノズル 29477967 （フラクションコレクターに付属）
ほとんどの用途に使用できます。
- F9-T チュービングノズル 29510082 （フラクションコレクターに付属）
高流量の場合など、標準のノズルでは最適でない場合にお勧めします。
- F9-T マイクロノズル 29501534 （オプション）
ドロップサイズを小さくして、低流量での少量分取の精度を高めるために設計されています。
滴下量を減らし、低流量での小分量測定の精度を高めるために設計されています。
- マイクロプレートホルダー F9-T 29476921 （オプション）
96 well microplate を置く底上げ土台です。プレートを丁度良い高さにします。
「A1」のマークを目印に、フラクションコレクター、ホルダー、96 well microplate を合わせて設置します。
- 0.5 mL チューブ用チューブラック 29491085 チューブは蓋を折り曲げてラックに入れます。



Drop sync（ドロップ同期）機能

分取時のサンプルのこぼれを軽減する機能です。

フラクションコレクターには、ドロップが落ちた後の動きを同期させる機能があります。

低流量の場合は、Drop sync 機能を使用することをお勧めします。推奨される流量の上限は、液体の性質（粘度など）、使用するプレートの種類（ウェル間の距離）、使用するノズルの種類（液滴の大きさによるノズルの種類（液滴の大きさ）によって異なります。

設定可能な項目は、**On**、**Off**、**Auto** です。

1. **System Control** より、**System** ↓ **Settings** をクリックし、**System Settings** ダイアログを表示します。
2. **Fraction collection F9-T** → **Drop Sync** を選択します。

Auto の設定は、96 ディープウェルプレートでは 5 mL/min（それ以外は 3 mL/min）未満の流量で Drop sync の機能がオンになり、5 mL/min（それ以外は 3 mL/min）以上の流量ではオフになります。Auto 設定は、標準ノズルを用いた水性バッファーでの分画に最適化されています。また、内径 0.5 mm のチュービングが 4 mm 突出しているチュービングノズルにも適しています。

6.3. デイレイボリウム

初期状態では以下の値が設定されています。

オプションの UV 5 mm セル設置時は 5 μ l を下記の値から差し引きます。

ÄKTA go (UV フローセル以降チュービング)	標準配管 (内径 0.5 mm)	チュービング (内径 0.25 mm)	チュービング (内径 0.75 mm)
UV フローセル ～ フラクションコレクター F9-R	223 μ l	96 μ l	424 μ l
UV フローセル ～ フラクションコレクター F9-T (40cm) 標準ノズル	233 μ l	106 μ l	434 μ l
UV フローセル ～ フラクションコレクター F9-T (80cm) 標準ノズル	311 μ l	126 μ l	611 μ l


pH バルブ設置

pH バルブが設置されている場合、そのポジションにより、自動的にオンラインになっているポジション分がディレイボリュームに計算されます。

ÅKTA go UV フローセル以降のチュービング	標準配管 (内径 0.5 mm)	チュービング (内径 0.25 mm)	チュービング (内径 0.75 mm)
UV フローセル ～ フラクションコレクター F9-R	249 µl	107 µl	478 µl
UV フローセル ～ フラクションコレクター F9-T (40cm) 標準ノズル	259 µl	117 µl	912 µl
フローリストリクター	48 µl	25 µl	88 µl
pH フローセル	76 µl	76 µl	76 µl

ディレイボリュームの設定

1. **System Control** より、**System** ↓
Settings をクリックし、**System Settings**
ダイアログを表示します。
2. **Fraction Collection F9-R/ F9-T** →
Delay volume → **Detector - frac** を
選択します。
3. 任意の値を入力します。
4. **OK** ボタンをクリックします。



チュービング内容積

UV フローセルより下流のチュービングの長さや内径を変更した場合は、以下の値を参考に設定値を変更します。

PEEK チュービング	10 cm あたり	備考
内径 0.25 mm (青色)	4.91 µl	高分離能カラム
内径 0.5 mm (オレンジ色)	19.6 µl	標準
内径 0.75 mm (緑色)	44.2 µl	高流速カラム、低圧カラム

UV フローセルより下流のチュービング (標準設定)

ポジション	長さ	内径 (ÅKTA go)
アウトレットバルブ (Frac) ～ F9-R	40 cm	0.5 mm
アウトレットバルブ (Frac) ～ F9-T (トンネルなし)	40 cm	0.5 mm
アウトレットバルブ (Frac) ～ F9-T (トンネルあり)	80 cm	0.5 mm


高分離能カラム使用時の推奨配管

高分離カラム（例：Superdex/Superose increase カラムシリーズ）を使用する場合は、配管を変更することでサンプルの希釈を最小限に抑えることができます。

インジェクションバルブ～カラムまで（オレンジ色で表した部分）：SEC カラムでは特に有効

カラム出口～フラクションコレクターまで（赤、青で表した部分）：すべての高分離カラムで有効

細い配管は背圧が高くなります。カラムの耐圧設定を必ず行ってください。



カラム直径	推奨チュービング内径
≥ 7 mm	0.5 mm（ÄKTA go 標準内径）
4 もしくは 5 mm	0.25 mm
3.2 mm	0.15 mm

大きなカラム-高流速

高流速で使用する場合は内径の大きなチュービングに交換します。

カラム直径	推奨チュービング内径
16 mm	0.5 mm（ÄKTA go 標準内径）
26 mm	0.75 mm
50 mm	使用を推奨しません

7. メソッドの作成

システムの構成や Instrument Configuration のバージョンにより、本書に記載される内容と、UNICORN で表示される項目や選択可能な項目が異なります。UNICORN で表示されない、選択出来ないという点は、ソフトウェアの不具合ではありません。


7.1. 新規メソッドの作成

Method editor より **File** ↓ **New Method** を選択します。


7.2. クロマトグラフィー手法の選択

Predefined Method から手法を選択し、**OK** ボタンをクリックします。

Affinity chromatography (AC)	アフィニティークロマトグラフィー
Anion exchange chromatography (AEX)	陰イオン交換クロマトグラフィー
Cation exchange chromatography (CEX)	陽イオン交換クロマトグラフィー
Column CIP	カラム洗浄用
Column Performance Test	カラム評価用
Desalting (DS)	脱塩/バッファー交換
Hydrophobic interaction chromatography (HIC)	疎水性相互作用クロマトグラフィー
Segmented Gradient Elution (example)	Elution segment が 3 つあるメソッド例
Size Exclusion Chromatography (SEC)	ゲルろ過クロマトグラフィー
System CIP	システム洗浄用



7.3. Method editor モジュールの概要



- (1) Phase library : 利用できるフェーズの一覧を示します。マウスドラッグでメソッド概要へフェーズを追加することができます。
- (2) メソッド概要 : メソッド中で実行されるフェーズの概要を示します。フェーズの削除、追加、順番の変更が可能です。
- (3) Phase properties : 各フェーズの詳細設定を示します。選択した項目によっては薄く表示され、選択できない項目があります。
- (4) Gradient : メソッドのグラジエントを示します。

7.4. Method Settings カラム等の設定



メソッド概要中の **Method Settings** フェーズをクリックします。

- **Column type**
カラム名
- **Pressure limit pre-column**
プレカラムもしくはデルタカラム圧^{※1}の耐圧値
 - ☐ **Pressure limit delta-column**
チェックを入れた場合に、デルタカラム圧^{※1}の耐圧値を入力することができます。
V9-C が設置されている場合のみ、設定可能。

- **Flow rate**
 - ☐ **Control To Avoid Overpressure**
圧力をモニターし耐圧を超えそうになったら、流速を下げる制御を行います。
 - ☐ **Reduce For Cold Room**
低温で使用する場合チェックを入れると 50%流速を下げた設定になります。
- **Fraction Collector <F9-T のみ>**
設置するプレートのタイプを選択します。



カラムバルブ V9-C を搭載していず、Pressure limit delta-column が設定できない場合

カラムを選択した際に自動入力される耐圧値は、カラムハードウェアの耐圧（**Pressure limit pre-column pressure**）です。
HiPrep カラム、**HiScreen カラム**など担体耐圧（**Max delta column pressure^{※1}**）がカラムハードウェア耐圧（**Max pre-column pressure**）よりも低いカラムの場合には、**pre-column pressure** 値に次の注意を基にした値を入れ直して下さい。

設定を変更せず使用すると、送液圧が担体耐圧を超えて、担体にダメージ（ベッド面が下がり、カラム内部に隙間）が生じる可能性があります。

HiTrap、**HiLoad**、**HiPrep**、**HiScreen カラム**は、以下の値を **Alarm pre-column pressure** の耐圧値として入力します。
「入力値（以下表の太字）」＝「**Max delta column pressure**」（担体耐圧）＋「**0.2 MPa**」（FR-902 発生圧）

耐圧設定の注意が必要なカラム

<HiTrap カラム> 	<HiLoad カラム>
<HiPrep カラム> 	<HiScreen カラム>

Tips! カラムハードウェア耐圧（Max pre-column pressure）と担体耐圧（Max delta column pressure）の確認の仕方

1. **Column Type Properties** ボタンをクリックします。
2. **Run Properties** タブに表示される **Max pre-column pressure**（カラムハードウェア）および **Max delta column pressure**（担体）を確認します。

The screenshot shows the 'Method Settings' window with 'Column Type Selection' set to 'Cation Exchange' and 'Column Type' set to 'RESOURCE S, 1 ml'. A red box highlights the 'Column Type Properties...' button. To the right is a 'Parameters' table:

Parameters	Value	Unit
Technique	Cation Exchange	
Column volume	4.657	ml
Column volume unit	ml	
Max pre-column pressure	0.8	MPa
Max delta column pressure	0.3	MPa
Default flow rate	2.7	ml/min
Max flow rate	5.4	ml/min
Default linear flow rate	347.89	cm/h
Max linear flow rate	695.78	cm/h
Min pH value (short term)	2	
Max pH value (short term)	14	
Min pH value (long term)	2	
Max pH value (long term)	12	

オプションの pH バルブがあり、☐ **enable pH monitoring** にチェックを入れた場合、pH 電極をフローセルに接続しないと、pH のオンライン測定はできません。校正方法は付録「13.2 pH 電極のキャリブレーション」を参照してください。

7.5. Equilibration カラムの平衡化

The screenshot shows the 'Method Phases' menu with 'Equilibration' selected and highlighted in blue.

メソッド概要中の Equilibration フェーズをクリックします。

平衡化に使用するバッファ量を
変更するには、

- **Equilibration Settings Volume**

の値を変更します。

既にシステム流路内部が実験で使用するバッファに置換されているなら

- **Pump wash**

☐ **Using Inlet A/ B**


のチェックを外します。

The screenshot shows the 'Equilibration' settings window. The 'Flow Rate' section has 'Keep the Flow Rate from the Previous Phase' checked. The 'Pump Wash' section has 'Using Inlet A' and 'Using Inlet B' checked, with a red circle around this section. The 'Equilibration Settings' section shows 'Volume' set to 5.00 CV and 'Concentration' set to 0.0 %B. The 'Auto Zero' section has 'Auto Zero UV at the end of the Phase' checked.

7.6. Sample Application サンプル添加

7.6.1. Injection サンプル添加方法の選択

<Loop injection>



メソッド概要中の **Sample Application** フェーズをクリックします。

• Injection

● **Loop injection :**
サンプルループやスーパーループより添加する場合。
スーパーループを使用する場合は、**Loop type** から使用するスーパーループのサイズを選択します（サンプル添加時のみ、システムポンプ圧がスーパーループ耐圧を越した場合に送液停止します）。


• Empty Loop With :

任意の値（サンプルループ、Super loop などに送液するバッファ量）を入力します。

The 'Sample Application' window shows 'Flow Rate' set to 4.00 ml/min. Under 'Injection', 'Loop Injection' is selected. 'Loop Type' is set to 'Capillary loop' and 'Empty Loop with' is 1.00 ml. Under 'Fractionation Settings', 'Fraction Collector' is selected, 'Fractionation Type' is 'Fixed volume fractionation', 'Fixed Fractionation Volume' is 2.00 ml, and 'Peak Fractionation Volume' is 2.00 ml. There is a 'Peak Frac Settings...' button and a checkbox for 'Stop Fractionation at the end of this Phase'.

Tips! サンプルループへのサンプルの充填量、Empty loop with での押出し量について、詳しくは Web サイトをご覧ください。

<Pump Injection>



• Injection

● **Pump injection :**
サンプルをポンプより添加する場合

Sample inlet : インレット指定

● **Inject Fixed Sample Volume**
添加するサンプル量を入力

● **Inject all Sample using Air Sensor**
エアーセンサーが空気を検出するまでサンプルを添加

☐ **Finalize Sample Injection**
※

The 'Sample Application' window shows 'Flow Rate' set to 1.00 ml/min. Under 'Injection', 'Pump Injection' is selected. 'Sample Inlet' is set to 'Sample'. 'Inject fixed Sample Volume' is 0.00 ml. 'Inject all Sample using Air Sensor' is selected. 'Finalize Sample Injection' is checked and set to 10.00 ml. Under 'Fractionation Settings', 'No Fractionation' is selected, with a note: 'Select this option if no fractions are to be collected.'

※ **Pump Injection** によりサンプルをカラムへ直接添加した後、インレットバルブを A に切り替え、インジェクションバルブまでのラインのサンプルをカラムに添加します。サンプルバルブ付きの場合は、サンプルバルブの **Buffer** インレットに平衡化で使用するバッファを接続してください。

7.6.2. Fractionation Settings 分画方法の指定

素通り画分、溶出画分などの分画方法は、各フェーズ詳細中の **Fractionation settings** にて選択、設定できます。


Tips! Pump Injection で素通り画分の液量が多いことが予想されるなら、**Outlet 1** ポートより回収します。

<Fraction collector> : フラクションコレクターで回収

<F9-R>

3 つの **Fractionation Type** から分取方法を選択します。

- **Fixed volume fractionation** : 定量分取。
Fixed fractionation volume (1 画分あたりの体積) を設定。
 - **Peak fractionation** : ピーク分取。Peak fractionation volume (1 画分あたりの体積) を設定。
 - **Peak Fraction Settings** : ピーク認識のためのモード (**level / slope / level and slope / level or slope**) および、それぞれの設定値を入力
 - **Fixed volume and peak fractionation** : 定量分取とピーク分取を併用。Fixed および Peak fractionation volume で 1 画分あたりの体積を設定。
- ☐ **Stop Fractionation at the end of this phase** : このフェーズでフラクション回収を終了する場合にはチェックを入れる。




<F9-T>

Tips! Plate Type は Method Settings フェーズで設定します。

Plate Type (使用するプレートまたは試験管)、
Start Position (**Set A1 / First available position / First available row / First available plate / Skip two positions / Set position**) を設定。

3 つの **Fractionation Type** から分取方法を選択します。

- **Fixed volume fractionation** : 定量分取。
Fraction size (1 画分あたりの体積) を設定。
 - **Peak fractionation** : ピーク分取。Peak Fraction size (1 画分あたりの体積) を設定。
 - **Peak Fraction Settings** : ピーク認識のためのモード (**level / slope / level and slope / level or slope**) および、それぞれの設定値を入力
 - **Combined fractionation** : 定量分取とピーク分取を併用。Fraction および Peak fractionation size で 1 画分あたりの体積を設定。
- ☐ **Stop Fractionation at the end of this phase** : このフェーズでフラクション回収を終了する場合にはチェックを入れる。



<Outlet valve> : アウトレットバルブから回収

V9-Os の場合は Outlet 1 から回収します。V9-O の場合は Fractionation destination で分取バルブポジションを選択します。


- ☐ **Stop Fractionation at the end of this phase** : このフェーズでフラクション回収を終了する場合にはチェックを入れる。

<No Fractionation> : 回収せず廃棄

<Continue Ongoing> : 前フェーズの回収方法を継続

前フェーズで **Stop Fractionation at the end of this phase** のチェックを外す。

7.7. Column Wash 非吸着画分の洗浄




メソッド概要中の **Column Wash** フェーズをクリックします。

非吸着画分の洗浄に使用するバッファ量を変更するには、**Wash Settings Unit** の「**Volume**」の値を変更します。

• Fractionation Settings

● Continue Ongoing


前フェーズの回収方法を継続。前フェーズで **Stop Fractionation at the end of this phase** のチェックを外します。



Fractionation Settings は 7.6.2 を参照してください。

7.8. Elution 溶出方法

Tips! 多段階の Step/ Gradient 溶出をするときは Elution フェーズを Phase library から追加します。



メソッド概要中の **Elution** フェーズをクリックします。

Elution Settings


● Isocratic elution

主にゲルろ過で使用。

Volume : 溶出体積

Concentration : 使用する%B

- ☐ **Wash the system with set Concentration** : 設定した%B 濃度でシステム洗浄をした後に Elution を開始



● Step

ステップワイズ溶出。イオン交換やアフィニティーなど、吸着系クロマトグラフィーで使用。

Volume : 溶出体積

Concentration : 使用する%B

- ☐ **Wash the system with set Concentration** : 設定した%B 濃度でシステム洗浄をした後に Elution を開始

● Gradient

イオン交換やアフィニティーなど、吸着系クロマトグラフィーで使用

☐ **Start Concentration** : 開始%B 濃度

☐ **Wash the system with set Concentration** : 設定した%B 濃度でシステム洗浄をした後に Elution を開始

Gradient Length : グラジエント体積

Target Concentration : 目標とする%B

☐ **Finalize Gradient** : 溶出の最終フェーズでチェックを入れることで、グラジエントがカラムに到達するように、システム内体積補正分を送液。

Column Flow Direction (カラムバルブ付属時のみ) : **Down flow** カラム順方向での送液、**Up flow** カラム下方からの送液。

Fractionation Settings は 7.6.2 を参照してください。

7.9. Column Wash 溶出後カラム洗浄

メソッド概要中の **Column Wash** フェーズをクリックします。
溶出後カラム洗浄を行う場合、**Wash Settings** の **Volume** でカラム洗浄体積を設定します。
☐ **Wash the system with Set Concentration** : 指定した%B でポンプインレットバルブからインジェクションバルブまでの流路を高流速で置換します。Injection valve より廃液します。

Fractionation Settings は 7.6.2 を参照してください。

7.10. Re-equilibration 再平衡化


Tips! 不要なフェーズはフェーズ概要下部の **Delete** ボタンをクリックして削除します。

メソッド概要中の **Re-Equilibration** フェーズをクリックします。
Equilibrate Settings の「**Volume**」で再平衡化体積を設定します。

7.11. メソッドの保存


メソッド実行時に表示される確認画面の設定

1. 画面上方のメニュー **Tools** より **Start protocol** をクリックします。
2. ダイアログにて、表示したい項目にチェックを入れます。
3. **OK** ボタンをクリックします。



リザルトファイルの保存フォルダーの指定

1. 画面右上の **Result name & Location** ボタンをクリックします。
2. ダイアログにて、**Browse** ボタンをクリックし、保存先のフォルダーを指定します。
3. **OK** ボタンをクリックします。




メソッドの保存

File ↓ **Save**（または Save As）を選択します。

保存するフォルダーを選択し、Name に任意のファイル名を入力します。フォルダーを選択しないと Save ボタンがアクティブになりません。

Save ボタンをクリックします。



8. メソッドの実行

8.1. サンプル準備

サンプルは、使用直前に孔径 0.45 μm のフィルターでろ過します。担体の粒子径が 15 μm 以下（例：Superdex 200 increase など）は、使用直前に 0.22 μm のフィルターでろ過します。イオン交換の場合には、サンプルの塩濃度、バッファ pH にも注意が必要です。必要に応じ、結合バッファによる希釈や脱塩操作をします。

8.1.1. サンプルループへのマニュアルサンプル充填

1. インジェクションバルブのポジションが **Load** であることを確認し、バッファを満したシリンジをポート **Syr** に接続して、サンプルループ体積の 3 倍量以上のバッファでサンプルループ内を洗浄します。この際、送液したバッファはポート W1 より廃液されます。
2. サンプルループ容量より少し多めのサンプルをシリンジに満たしてポート **Syr** に挿し、ゆっくり充填します。

メソッドを開始してサンプルがカラムに添加されるまでは、シリンジは絶対に抜かないでください。サンプルループと廃液ボトルの高低差により、シリンジを抜くと、サンプル溶液がサンプルループから廃液ボトルへ流れます。

8.1.2. サンプルインレットの準備

ポンプによるサンプル添加を行う場合には、使用するサンプルインレットの先端を容器の底に届くように配置し、チュービングが浮かないように固定します。

サンプルインレットに、フィルター付きインレットチュービングホルダーを使用すると、フィルターが目詰まりし陰圧によるエア発生の原因となります。チュービングホルダーを使用するときはインレットフィルター無しで運用します。

8.2. フラクションコレクターの確認

8.2.1. F9-R

ラックに十分な本数の試験管が挿入されているかを確認します。

Tips! 素通り画分、溶出画分の 1 本目の試験管にはデレイボリューム分の液が回収され、2 本目以降にクロマトグラムに対応した溶液が回収されます。
デレイボリューム分の液が回収された画分は、クロマトグラム上には試験管番号が表示されません。クロマトグラムには分画番号 1 は表示されず、分画番号 2 以降が表示されます。

8.2.2. F9-T

ラックに十分な数の試験管、プレートが挿入されているかを確認します。

Tips! デレイボリュームのみの液が回収された画分は、クロマトグラム上には試験管番号が表示されません。クロマトグラムには分画番号 1 は表示されず、分画番号 2 以降が表示されます。

F9-T のデレイボリュームは 3 つの回収方法 **Auto**、**Combined with first**、**Separate position** を選択できます。

設定方法

1. **System Control** より、**System** ↓ **Settings** をクリックし、**System Settings** ダイアログを表示します。
2. **Fraction collection F9-T** → **Collection of pre-fractionation volume** を選択します。

- **Auto** : 分画量によって変わります。
5 ml 以下 : 別のウェルに回収。
5 ml 以上 : 最初の溶出画分と同じポジションにデレイボリュームを回収。

- Combined with first : 最初の溶出画分と同じポジションにディレイボリウムを回収します。
分画量とディレイボリウムがウェルの最大許容量を超える場合は別のポジションに回収。
- Separate position : 最初の分画とは異なるポジションでディレイボリウムを収集します。

8.2.3. アウトレットバルブ

アウトレットバルブの指定したポートにチュービングやフラスコなどの回収容器が接続されていることを確認します。

8.3. メソッド実行

1. System Control より **File** ↓ **Open** を選択します（Method Navigator が開いている場合は不要です）。
2. 実行するファイルを選択します。
3. **File** ↓ **Run** を選択します。

4. 4、Start protocol 画面が表示されます。


保存フォルダー、ファイル名を確認し、Start ボタンをクリックします。設定により Next ボタンがアクティブな場合は、Start ボタンがアクティブになるまで Next ボタンをクリックします。初期のファイル名はメソッド名の後に 3 桁の連番数字が付加されます。

8.4. 強制終了

実行中のメソッドを強制終了させる場合は、次のように操作します。

1. 画面上部のツールバーから **End** ボタンをクリックすると、**End Run** ダイアログが表示されます。
2. 強制終了までのデータを保存する場合は、**Save Partial Result** にチェックを入れ **OK** ボタンをクリックします。

8.5. メソッド実行中のマニュアル操作



- | | |
|-----|---|
| No. | 説明 |
| 1 | ツールバーボタン |
| 2 | Run Data 表示されていない場合は View ↓ run data |
| 3 | クロマトグラム |
| 4 | Process Picture マニュアルの命令入力可能。流路表示、コンポーネントの状態、パラメーターの表示 |
| 5 | Run log Run 中のイベントが記録される |

8.5.1. アイコン

System Control の画面上部にあるツールバー中のアイコンで、以下の操作が可能です。


	Open Method Navigator	Method Navigator を開き、保存されたメソッドのリストを表示
	Run	メソッドの実行（メソッドが実行されている時はグレー表示になります）
	Hold	ポンプからの送液は止めずに、今の状況を維持したい場合にクリック Continue ボタンがクリックされるまで送液を維持したままメソッドの進行は一時停止します。
	Pause	ポンプからの送液を止め、今の状況を一時停止したい場合にクリック メソッドの内容は Continue ボタンがクリックされるまで一時停止します。 システムにエラーが起きた場合、自動的に Pause になります。
	Continue	Hold、Pause の解除
	End	実行しているメソッドを中断し終了
	Documentation	システムと実行中の Run の情報が表示
	Customize	Customize ダイアログが開き、表示 Curve、Run data グループと Run log 内容の設定
	Column Handling	Column Handling ツールが開き登録されたカラムのパラメータを表示。 オプションで Column Logbook にカラムの使用履歴を保存できます。
	Connect to System	Connect to System ダイアログが開きシステムを接続 現在接続している User が表示されます。

8.5.2. マニュアル命令

メソッド実行中にマニュアル操作で命令を追加したり、変更したりすることができます。

Manual Instruction ダイアログを表示させ、任意のコマンドを選択、実行します。

Process Picture から命令することもできます。




8.6. ウィンドウ表示

1. 表示されたウィンドウで**右クリック**します。
2. メニューから **Customize** を選択し、**Customize** ウィンドウを表示します。


8.6.1. Run Data の選択

1. **Run Data Groups** タブをクリックします。
2. 表示したい項目にチェックを入れます。表示を解除する場合は、チェックを外します。
3. **OK** ボタンをクリックすると変更が反映されます。




8.6.2. カーブの選択

1. **Curves** タブをクリックします。
2. 表示したいカーブ名にチェックを入れます。表示を解除する場合は、チェックを外します。
3. **OK** ボタンをクリックすると変更が反映されます。




8.6.3. Y 軸の設定

1. **Y-axis** タブをクリックします。
2. 軸の設定をしたいカーブをクリックし選択します。
3. 選択したカーブのスケール表示を、**Auto**（オートフルスケール）または **Fixed**（固定軸表示）で表示できます。
4. 4、3 つの UV カーブを同じスケールで表示したい場合は、**All with this unit** をクリックします。
5. クロマトグラムの右側にも Y 軸の目盛りを表示させたい場合は、**Right Axis** から任意のカーブ名を選択します。
6. **OK** ボタンをクリックすると変更が反映されます。



8.6.4. X 軸の設定

1. **X-Axis** タブをクリックします。
2. X 軸のベース（時間、容量）の指定とスケール表示を、**Auto**（オートフルスケール）または **Fixed**（固定軸表示）、**Window**（指定範囲）で表示できます。
3. **OK** ボタンをクリックすると変更が反映されます。



9. Evaluation データ処理


本作業はスケジュールバックアップを含む、データベースのバックアップが行われていない時に実行してください。

Evaluation Classic を使用する場合は、「9.2 Evaluation Classic」へ進みます。

Tips! **Evaluation Classic** ライセンスが導入されている場合、以下の手順で両者の表示モジュールを切り換えることができます。**Evaluation Classic** ライセンスの取得方法は、本書の 1 章を参照してください。

＜Evaluation から Evaluation Classic への切り換え＞

1. **Evaluation** の **File** タブをクリックします。
2. **Applications** を選択します。
3. **Switch to Evaluation Classic** を選択します。
4. **Evaluation** モジュールが閉じ、**Evaluation Classic** モジュールが起動します。



＜Evaluation Classic から Evaluation への切り換え＞


1. **Evaluation Classic** の **Switch to Evaluation** ボタン（右図では一番右側のボタン）をクリックします。
2. **Evaluation Classic** モジュールが閉じ、**Evaluation** モジュールが起動します。

9.1. Evaluation <UNICORN 7>

Tips! 手順の詳細は Help 中に記載される **Getting started** 動画を参照してください。

9.1.1. データの呼び出し

1. **Evaluation** の **Results** タブをクリックします。
2. 該当するファイルをダブルクリックします。




9.1.2. 画面表示

9.1.2.1. カーブの選択


画面表示したいカーブを指定します。

1. 画面右側の **Curve Selection** から、表示したいカーブ名をクリックします。カーブ名の左にある●が色付きの場合にカーブ表示され、白い場合は非表示になります。カーブ名が隠れている場合は▼ボタンをクリックします。



9.1.2.2. Y 軸の設定

1. **Axis** タブをクリックします。
2. 左側の軸に表示させたいカーブ
(**Left Unit**) をプルダウンメニューより選択します。
3. 必要に応じて最小値 (Min) および最大値 (Max) を設定します。
4. クロマトグラムの右側にも Y 軸の目盛りを表示する場合は、**Right Unit** より該当するカーブを選択します。
左右の Y 軸にそれぞれ **Secondary unit** を設定することもできます。



9.1.2.3. X 軸の設定


1. **Axis** タブをクリックします。
2. X 軸のベース (時間、容量、カラム体積) を単位 (**Unit**) のプルダウンメニューより選択します。
3. 必要に応じて最小値 (Min) および最大値 (Max) を設定します。
4. **Zero at Injection** にチェックを入れると、サンプル添加のリテンション時間 (体積) を 0 min (ml) として表示します。
Zero at Phase start にチェックを入れると、任意の Phase の開始ポイントを 0 min (ml) として表示します。



9.1.2.4. ズームアップ

クロマトグラムの任意の範囲をズームアップできます。

1. **Home** タブをクリックします。
2. **Zoom In** ボタン (虫眼鏡の中が+) をクリックします。
3. ドラッグして、ズームアップしたい範囲を囲みます。





- 1 回前の表示に戻す場合は **Zoom Out** ボタン（虫眼鏡の中がー）をクリックします。ズームアップを解除するには **Reset** ボタンをクリックします。

9.1.3. クロマトグラムの印刷


印刷する際は、プリンターに電源が入っていること、コンピューターとプリンターが USB ケーブルなどで接続されていることを確認します。また必要に応じ印刷終了後にプリンターの電源を切ることも可能です。

1. **File** タブの **Print** をクリックします。
2. Settings から用紙の向きを設定します。
3. 必要に応じて印字項目を **Include Content** から選択します。




9.1.4. ファイルのクローズ

1. **Home** タブをクリックします。
2. **Close Result(s)** ボタンをクリックします。





9.1.5. 複数のクロマトグラムの表示

1. Evaluation の **Results** タブをクリックします。
2. 該当するファイルにチェックを入れます。
3. **Compare** ボタンをクリックします。
4. Home タブで



表示させるカーブを指定します。カーブ名の左にある●の部分（または相当する部分）をクリックすると、全てのリザルトの同一名称のカーブが表示されます。カーブ名の左にある▲の部分を展開すると、それぞれのリザルトのカーブについて表示/非表示の指定ができます。

5. カーブをシフトさせる場合は、Overlay タブをクリックします。%が記載されるボタンをクリック、もしくは数字を入力すると、全てのカーブがリザルト単位でシフトします。



9.2. Evaluation Classic

9.2.1. データの呼び出し


1. Evaluation より **File** ↓ **Open** → Result **Navigator** を選択します。
2. 該当するファイルをダブルクリックします。

9.2.2. 画面表示

1. 表示されたウィンドウで、右クリックします。
2. メニューから **Customize** を選択し、**Customize** ウィンドウを表示します。


9.2.2.1. カーブの選択

1. Curves タブをクリックします。
2. 画面表示したいカーブを指定します。表示したいカーブ名にチェックを入れます。表示を解除する場合は、チェックを外します。
3. OK ボタンをクリックすると変更が反映されます。




9.2.2.2. Y 軸の設定

1. Y-Axis タブをクリックします。
2. 軸の設定をしたいカーブをクリックし選択します。
3. 選択したカーブのスケール表示を、**Auto**（オートフルスケール）または **Fixed**（固定軸表示）で表示できます。
4. 3 つの UV カーブを同じスケールで表示したい場合は、**All with this unit** をクリックします。
5. クロマトグラムの右側にも Y 軸の目盛りを表示させたい場合は、**Right Axis** から任意のカーブ名を選択します。
6. **OK** ボタンをクリックすると変更が反映されます。



9.2.2.3. X 軸の設定

1. X-Axis タブをクリックします。
2. X 軸のベース（時間、容量、カラム体積）の指定とスケール表示を、Auto（オートフルスケール）または **Fixed**（固定軸表示）で表示できます。
3. **Adjust retention zero to injection number** をチェックしていると、サンプル添加のリテンション時間（体積）を 0 min（ml）として表示します。
4. **OK** ボタンをクリックすると変更が反映されます。



9.2.2.4. ズームアップ

クロマトグラムの任意の範囲をズームアップできます。

1. ズームアップしたい範囲にカーソルを移動します。
2. ドラッグして、ズームアップしたい範囲を囲います。
3. ズームアップを解除するには、右クリックし、メニューから **Reset zoom** を選択します。

9.2.2.5. クロマトグラムのテキスト入力

1. クロマトグラムウィンドウで右クリックしてメニューより **Add text** を選択します。
2. カーソルをテキスト入力したい場所に移動し、クリックします。
3. **<text>**という字が表示されたら、**<text>**の位置に入力したい文字を入力します。

9.2.3. クロマトグラムの印刷

印刷する際は、プリンターに電源が入っていること、コンピューターとプリンターが USB ケーブルなどで接続されていることを確認します。また必要に応じ印刷終了後にプリンターの電源を切ることも可能です。

1. 印刷したいクロマトグラムを表示します。
2. **File** ↓ **Print** を選択し、**Print Chromatograms** ダイアログを表示します。


Print format (クロマトグラムの配置) を選択します。

カーブを太線で印刷する場合は **Use thick lines** をチェックを入れます。

3. **Preview** をクリックすると **Customize Report** 画面が表示され、ここで印刷のプレビューが確認できます。

File ↓ **Exit** でプレビューを終了します (この画面からレイアウトの変更およびレポートフォーマットとしての保存も可能です)。

4. 印字の横置き、縦置きの設定を変更する場合は Printer の **Properties** ボタンをクリックし、設定を変更、確認します。**OK** ボタンなどをクリックします。なお設定方法はプリンターにより異なります。
5. **OK** ボタンをクリックしプリントします。



10. システムの終了

10.1. システムおよびカラムの洗浄

マニュアル操作で使用したラインを洗浄する方法（10.1.1）と、メソッドを作成して洗浄する方法（10.1.2）があります。

カラムバルブが設置されていないシステムでメソッドを作成して洗浄する方法を選択すると、カラムを破損する恐れがあります。マニュアル操作での洗浄を強くお勧めします。

システムを 2 日以上使用しない場合は 20%エタノールで置換します。

超純水でシステム、カラムを洗浄してから 20%エタノールで同じ作業を行います。
カラムの保存液はカラムによって異なります。取扱説明書を確認してください。

Superloop は装置洗浄前にとり外し、分解洗浄します。

Superloop の取り付けに使用したチュービングは Union 1/16 Female/ 1/16 Female で接続しループにします。

10.1.1. マニュアル操作での洗浄

マニュアル操作でカラムを洗浄する場合は、必ず耐圧設定を入力してからカラムへ送液します（4.1 章を参照）。

1. 使用したインレットチュービング（サンプルポンプを使用した場合は、サンプルインレットも含む）を超純水に接続します。
2. ポンプ内の溶液置換をします。**System Control** モジュールにて **Manual Instructions** ダイアログより
Pumps → **Pump wash** → （使用したインレット on） → **Execute**
3. カラムの洗浄のため、耐圧値を入力します。**Manual Instructions** ダイアログより

＜カラムバルブ V9-C が設置されている場合＞

Alarms → **Alarm pre-column pressure** → **High alarm** （Max pre-column pressure の値） → **Execute**

Alarms → **Alarm delta column pressure** → **High alarm** （Max delta column pressure の値） → **Execute**

耐圧値はカラムによって異なります。**Column handling** に記載されている **Max pre-column pressure** および **Max delta column pressure** の値を入力します。

＜カラムバルブ無しおよび V9-Cm が設置されている場合＞

Alarms → **Alarm pressure** → **High alarm** （Max delta column pressure の値） → **Execute**

耐圧値はカラムによって異なります。**Column handling** に記載されている **Max delta column pressure** の値を入力します。

HiTrap、HiLoad、HiPrep、HiScreen カラムについては、Max delta column pressure に FR-902 で発生する 0.2 MPa を加算した値（ただし、カラムハードウェアの耐圧値を超さない）を Alarm pre-column pressure の耐圧値として入力します。

4. カラムバルブが設置されている場合は、流路を切り換えます。**Manual Instructions** ダイアログより
Flow path → **Column Position/ valve** → Position 1 （使用したポジション） → **Execute**
5. 送液を開始します。**Manual Instructions** ダイアログより
Pumps → **Flow** → （至適流速またはそれ以下） → **Execute**
6. カラム体積の 3 倍以上の超純水を流し、UV、Cond、Pressure カーブが安定したら **END** ボタンをクリックします。
7. カラムバルブが設置されていない場合は、カラムを取り外します。

カラムを外さずにこの後のステップを実施しないでください。高流速のためカラムを破損する恐れがあります。

8. フラクションラインの洗浄を行います。

＜F9-R を使用＞

5 ml 容量以上の試験管を設置します。**Manual Instructions** ダイアログより

Pumps → Flow → 2 ～ 5 ml/min → Execute

Flow path → Outlet Valve → Fraction Collector → Execute

2 ml 送液したら、次の項目を実行します。

＜F9-T を使用＞

Manual Instructions ダイアログより

Pumps → Flow → 1 ml/min → Execute

Fraction collection F9-T → Go home → Execute

Flow path → Outlet valve → position Frac

1 分間のフラクションコレクターへの送液が終了したら、次の項目を実行します。

9. アウトレットバルブで分取した場合、使用したラインの洗浄も行います。**Manual Instructions** ダイアログより

Flow path → Outlet Valve → （任意のポート） → Execute

10. サンプルループを使用した場合は、サンプルループの洗浄を行います。

超純水を満たしたシリンジをインジェクションバルブの Syr ポートに接続し、サンプルループ体積の 3 倍量以上の超純水で洗浄します。この際、空気の混入は問題ありません。

Tips! エンドタイマー機能を使うと、設定時間もしくは設定液量送液後に自動終了することができます。

Other → Timer → （パラメーターを設定） → Execute

Tips! 上記は超純水のための洗浄ですが、必要に応じて超純水での洗浄に引き続き水酸化ナトリウムのような洗浄溶液での洗浄や、保存用の 20%エタノールの置換作業を同様の手順で行います。

カラムの洗浄は、溶媒耐性を確認し送液を行います。


Tips! 20%エタノールは溶液粘性が高いため、至適流速よりも低い流速で送液します（例：室温では 1/2 程度、低温では 1/4 程度）。

10.1.2. メソッド作成による洗浄

カラムバルブが設置されていないシステムでメソッドを作成して洗浄する方法を選択すると、カラムを破損する恐れがあります。マニュアル操作での洗浄を強くお勧めします。

このメソッドはカラム保護の観点からカラムごとに作成することをお勧めします。

1. 洗浄用のメソッドを作成します。カラムバルブ V9-Cm 付きを例に説明します。
メソッド作成の概要は 7 章を参照してください。
既にメソッドを作成済みの場合は手順 15 より実施します。
2. **Method editor** より **File ↓ New Method** を選択します。
3. **Predefined Method** にチェックを入れ、**Column CIP** を選択し、**OK** ボタンをクリックします。




4. メソッド概要中の **Method Settings** フェーズをクリックします。
5. **Column Type selection**、**Column position** などの項目を入力します。カラムを選択すると流速が自動で設定されます。
6. 低温で行う場合は、☐ **Reduce for Cold Room** をチェックします。
至適流速の 50%の流速に設定されます。

7. **Pressure limit pre-column** の値は、**Max delta column pressure** の値を入力し直します。
カラム耐圧の設定は、10.1.1、マニュアル操作での洗浄の手順 3 を参照してください。

Tips! HiPrep、HiScreen、HiTrap、HiLoad カラムの **Pressure Limit** の値は、**Column Type Properties...**をクリックし、**Max delta column pressure** の値を確認します。**Max delta column pressure に 0.2 MPa 足した値**を入力し直します。

8. メソッド概要中の **Column CIP** フェーズをクリックします。
9. **Inlet** の指定、**Volume (CV)** に洗浄で使用するカラム体積 (3 ~ 5) を入力します。
必要に応じて流速を変更します。
初期値は 1 ml/min のため、推奨流速が 1 ml/min 以下のカラムの場合には、必ず変更します。

10. **Phase Library** 中の **System CIP** を、**Method Settings** と **Column CIP** の間にドラッグします。




11. 挿入した **System CIP** のフェーズをクリックします。カラム以外の洗浄する（使用した）ラインを選択します。

例：初期に選択されているインレットに加え、**B、Fraction collector** を選択。


Volume per position：上記で選択した各ラインの洗浄で使用する液量（20 ～ 30 ml）を入力。

12. サンプルループを洗浄する場合は、「**Injection valve with capillary loop**」にチェックを入れ、**Loop cleaning volume** にサンプルループの 3 倍以上の容量を入力します。



Tips! サンプルループの洗浄をマニュアルで行う場合は、超純水を満たしたシリンジをインジェクションバルブの Syr ポートに接続し、サンプルループ体積の 3 倍量以上の超純水で洗浄します。この際、空気の混入は問題ありません。



13. 画面上方のメニュー **Tools** より **Start protocol** をクリックします。
14. 表示されたダイアログから、**Variable List** にチェックを入れ、**OK** ボタンをクリックします。
15. **File** ↓ **Save**（または **Save As**）を選択し、カラム名など任意の名前をつけて保存します。
16. 洗浄用メソッドで設定したインレットチュービングを超純水に接続します。
17. System Control より **File** ↓ **Open** を選択します（**Method Navigator** が開いている場合は不要です）。
18. 実行するファイルを選択します。
19. **File** ↓ **Run** を選択します。



20. **Start protocol** 画面が表示されます。
21. **Variable List** ウィンドウでカラムの種類を確認します。異なるカラムが設定されている場合は、使用するカラムを選択します。パラメーター（流速、耐圧、カラムポジションなど）を確認し、**Next** ボタンをクリックします。
22. 最後のウィンドウまで進めると **Finish** ボタンがアクティブになります。**Finish** ボタンをクリックします。
23. 以降の手順は 8.4 メソッド実行を参照してください。

10.2. システムの終了

1. **File** ↓ **Exit UNICORN** を選択します（どのモジュールからでも選択できます）。もし編集集中のメソッドもしくはリザルトがある場合には確認画面が表示されます。編集を保存する場合は **Yes** を、保存せず終了する場合は **No** を、終了しない場合は **Cancel** を選択します。
2. **Windows** を終了します（コンピューターの電源が切れます）。
3. ディスプレイ、プリンターなどの主電源を切ります。
4. 本体右側面奥の主電源を切ります。
5. 廃液ボトルの中身は施設の廃液処理基準に従い処理し、空にします。



低温環境下で使用する場合は、本体の電源を入れたままにします。

11. メンテナンス

11.1. システムの保存

システムを 2 日以上使用しない場合、システム全体を 20%エタノールで置換します。20%エタノールに置換する場合は、必ず超純水でシステムを洗浄してから置換を行います。塩が残った状態で 20%エタノールを流すと塩が析出する恐れがあります。

システムは、バッファーが入ったままで放置しないでください。

11.2. リンス液の交換

1. 週 1 回以上使用の場合には、ポンプピストンの裏側を洗浄するリンス液は定期的に週 1 回 20%エタノールを交換します（ご使用の頻度がこれよりも少ない場合には、その都度交換します）。
2. リンス液が減っていたり、濁っていたりする場合も交換します。

リンス液が増えている場合は、ポンプシールからの液漏れの可能性があります。弊社技術サービスまでご連絡ください。

3. 交換した時は、ポンプ稼働時にリンス液が循環していることを確認します。
4. 循環していない場合は、シリンジを短いほうのリンス液チュービングに接続し、リンス液を吸引します。

11.3. バッファーインレットフィルター

バッファーインレットフィルターが詰まると陰圧になり、エアが発生しやすくなります。新品のフィルター（11000414）に交換します。サンプルインレット（S1 ～ S7）にインレットフィルターを取り付けると、目詰まりしやすくなるため、取り付けません。

11.4. 圧力センサーキャリブレーション

13.3を参照

12. データ管理


12.1. メソッド/リザルトファイルのバックアップ

個別にファイルを保存してメールなどでやり取りをする場合に利用します。

Tips! お問い合わせいただいたときに送付を依頼する ZIP 圧縮ファイルです。


「メソッドファイル」

1. **Method editor** より **File** ↓ **Open** を選択し、**Method Navigator** を展開します。
2. 該当するファイルを選択します。
3. **File** ↓ **Export** → **to UNICORN** → **Export Method to UNICORN** を選択します。
4. 保存先を指定します。必要に応じてファイル名を変更し、**OK** ボタンをクリックします。




「リザルトファイル：UNICORN 7 Evaluation」

1. **Evaluation** より **Results** タブをクリックします。
2. 該当するファイルを選択します。
3. 右クリックします。
4. **Export** を選択します。
5. 保存先を指定します。必要に応じてファイル名を変更します。
6. **Save** ボタンをクリックします。



「リザルトファイル：UNICORN 7 Evaluation Classic」

1. **Evaluation (Classic)** より **File** ↓ **Open** → **Result Navigator** を選択します。
2. 該当するファイルを選択します。
3. **File** ↓ **Export** → **To UNICORN** → **Entire Result** を選択します。
4. 保存先を指定します。必要に応じてファイル名を変更し、**OK** ボタンをクリックします。




12.2. メソッド/リザルトファイルの復元

バックアップしたファイルを再度 UNICORN へ読み込む場合に使用します。

本項目で UNICORN 5 形式について記載していますが、全てのファイルについて動作を保証するわけではありません。
メソッドファイルは UNICORN 5 および UNICORN 6/7 の両方で動作する ÄKTApilot、ÄKTApocess、ÄKTAexplorer、ÄKTApurifier、ÄKTA ready、ÄKTAcrossflow、UniFlux のみが対象です（ÄKTA go は対象外です）。


«メソッドファイル»

1. **Method editor** より **File** ↓ **Import** → **Import Method** を選択します。
2. 表示された画面右下のプルダウンメニューよりファイル形式を選択します。
UNICORN 6/7 形式の zip ファイルの場合は「**Zip files (*.zip)**」を、
UNICORN 5 形式の m01 ファイルの場合には「**UNICORN 5 Method Files (*.m??)**」を選択します。
3. 該当するファイルを選択し、OK ボタンをクリックします。
4. **Import Method** 画面で保存するフォルダーを選択し、**Name** に任意のファイル名を入力します。
5. **Import** ボタンをクリックします。




«リザルトファイル：UNICORN 7 Evaluation»

1. **Evaluation** より **File** タブをクリックします。
2. **Import** を選択します。
3. **Import Result** を選択します。
4. 表示された画面右下のプルダウンメニューよりファイル形式を選択します。
UNICORN 6/7 形式の zip ファイルの場合は「**Zip files (*.zip)**」を、
UNICORN 5 形式の res ファイルの場合には「**UNICORN 5.* Result Files (*.res)**」を選択します。
5. 該当するファイルを選択し、**Open** ボタンをクリックします。
6. **Import Result (s)** 画面で保存するフォルダーを選択し、**Name** に任意のファイル名を入力します。
7. **Import** ボタンをクリックします。



«リザルトファイル：UNICORN 7 Evaluation Classic»


1. **Evaluation (Classic)** より **File** ↓ **Import** → **Entire Result** を選択します。
2. 表示された画面右下のプルダウンメニューよりファイル形式を選択します。
UNICORN 6/7 形式の zip ファイルの場合は「**Zip files (*.zip)**」を、UNICORN 5 形式の res ファイルの場合には「**UNICORN 5.* Result Files (*.res)**」を選択します。
3. 該当するファイルを選択し、**OK** ボタンをクリックします。
4. **Import Result** 画面で保存するフォルダーを選択し、**Name** に任意のファイル名を入力します。
5. **Import** ボタンをクリックします。



12.3. ファイルの削除


«メソッドファイル»

1. **Method editor** より **File** ↓ **Open** を選択し、**Method Navigator** を展開します。
2. 該当するファイルを選択し、**右クリック**します。メニューより **Delete** を選択します。
3. 確認画面が表示されます。**Yes** ボタンをクリックします。




«リザルトファイル：UNICORN 7 Evaluation»

1. **Evaluation** より **Results** タブをクリックします。
2. 該当するファイルを選択し、**右クリック**します。メニューより **Delete** を選択します。
3. 確認画面が表示されます。**Yes** ボタンをクリックします。



«リザルトファイル：UNICORN 7 Evaluation Classic»


1. **Evaluation (Classic)** より **File** ↓ **Open** → **Result Navigator** を選択します。
2. 該当するファイルを選択し、**右クリック**します。メニューより **Delete** を選択します。
3. 確認画面が表示されます。**Yes** ボタンをクリックします。



12.4. ファイル名の変更


«メソッドファイル»

1. **Method editor** より **File** ↓ **Open** を選択し、**Method Navigator** を展開します。
2. 該当するファイルを選択し、**右クリック**します。メニューより **Rename** を選択します。
3. ファイル名を入力後、**Enter** キーで確定します。




「リザルトファイル： UNICORN 7 Evaluation」

1. **Evaluation** より **Results** タブをクリックします。
2. 該当するファイルを選択し、**右クリック**します。メニューより **Rename** を選択します。
3. ファイル名を入力後、**Enter キー**で確定します。



「リザルトファイル： UNICORN 7 Evaluation Classic」

1. **Evaluation (Classic)** より **File ↓ Open → Result Navigator** を選択します。
2. 該当するファイルを選択し、**右クリック**します。メニューより **Rename** を選択します。
3. ファイル名を入力後、**Enter キー**で確定します。




12.5. データベースのバックアップ

UNICORN 7 ではシステム構成、メソッド、リザルト、カラムリストなどの情報をデータベースとして管理しています。定期的なバックアップにより、コンピューターの不測事態によるデータ損失を最小限にとどめることができます。

初期設定では、午前 3:00 にコンピューターの電源が入っている場合のみ、自動的にバックアップされるよう設定されています。


12.5.1. 手動バックアップ

1. **Administration** より **Database Management** をクリックします。
2. **Backup** タブをクリックし、右下の **Backup Now** ボタンをクリックします。
3. 確認画面が表示されます。**OK** ボタンをクリックします。作業時間はデータベースの大きさや、コンピューターの稼働状況に依存します。なおバックアップ中は、メソッドファイルまたはリザルトファイルの編集を行わないよう、ご注意ください。
4. バックアップ終了後、表示された画面で、**Go To Backup File** ボタンをクリックします。保存先フォルダーを開き、データベースがバックアップされていることを確認します。ファイル名は、以下となります。
UNICORN_MANUAL_BACKUP_yyyymmdd_hhmmss.BAK
yyymmdd_hhmmss はバックアップ時の日時です。
5. 必要に応じて、バックアップファイルを外部記憶装置にコピーします。



12.5.2. 自動バックアップのスケジュールを変更

1. **Administration** より **Database Management** をクリックします。
2. **Backup** タブをクリックし、**Edit Backup Schedule** ボタンをクリックします。
3. **Edit Backup Schedule** のウィザード画面が表示されます。**Next** ボタンをクリックします。
4. バックアップファイル生成の頻度および開始時間を設定し、**Next** ボタンをクリックします。
5. スケジュールバックアップファイルの最大保存数を確認します（初期設定では 14 ファイル）。
6. **Next** ボタンをクリックし、設定内容を確認します。**Finish** ボタンをクリックします。





12.6. データベースの復元

バックアップしたデータベースを再度 UNICORN に読み込む際に使用します。本作業によりデータベースは復元したものに置き換わります。

本作業中に UNICORN は自動的に終了します。必ず他の作業は行わないようにします。

1. Administration より Database Management をクリックします。
2. Restore タブをクリックし、復元したいファイルを選択します。
3. 右下の Restore ボタンをクリックします。
4. 現在のデータベースをバックアップするかどうかの確認画面が表示されます。現在のデータベースをバックアップする場合は Yes ボタンをクリックします（手順は 12.5 を参照してください。）。既にバックアップが終了している場合は No ボタンをクリックします（以下は No を選択した時の手順です）。
5. 選択したファイルを復元するかどうかの最終確認画面が表示されます。OK ボタンをクリックします。作業時間はデータベースの大きさや、コンピューターの稼働状況に依存します。
6. **Restore successful** 画面が表示されたら **OK** ボタンをクリックします。



13. 付録

- 13.1. 英文マニュアルのダウンロード
- 13.2. システム配管の長さ
- 13.3. 圧力センサーのキャリブレーション
- 13.4. pH 電極のキャリブレーション
- 13.5. pH フローセルの洗浄および pH 電極の保存
- 13.6. Instrument configurations コンフィグレーションファイルのアップデート
- 13.7. カラム事前定義ファイルアップデート

13.1. 英文マニュアルのダウンロード

英文マニュアルの PDF は、弊社本国ウェブサイトよりダウンロード可能です。



お手元に説明書がない場合には、マニュアル名や UNICORN などのキーワ

ードでサイト内検索すると、ダウンロードできます。なお、予告なしに公開を終了する場合があります。


アクセス先 www.cytiva.com

画面左上の検索バーに数字を入力します。

	User Manual	Operating Instructions
ÄKTA go	29391392	29360951

	Administration and Technical Manual	Method Manual	System Control Manual	Evaluation Manual	OPC Manual UNICORN OPC server
UNICORN 7.6	29503103	29503105	29503108	29503107	29503109
UNICORN 7.7	29659145		29659149	29659147	
UNICORN 7.8	29714173	29714174	29714180	29714177	
UNICORN 7.9	29722729	29722730	29722732	29722731	
UNICORN 7.11	29742193	29742196	29742198	29742197	

13.2. システム配管の長さ



インレットチュービング

Label	Description	Tubing	Length (mm)	Volume (mL)
In	From inlet valve K9 to pump P9-S	FEP, o.d. 1/8", i.d. 1.6 mm	300	0.6
A	To inlet valve K9	FEP, o.d. 1/8", i.d. 1.6 mm	1250	2.5
B	To inlet valve K9	FEP, o.d. 1/8", i.d. 1.6 mm	1250	2.5
C	To inlet valve K9	FEP, o.d. 1/8", i.d. 1.6 mm	1250	2.5
Sample	To inlet valve K9	FEP, o.d. 1/8", i.d. 1.6 mm	1250	2.5

標準配管

Label	Description	Tubing	Length (mm)	Volume (μL)
1A	Left pump head to pump restrictor	PEEK, o.d. 1/16", i.d. 0.75 mm	180	80
1B	Right pump head to pump restrictor	PEEK, o.d. 1/16", i.d. 0.75 mm	180	80
2	Pump restrictor to pressure monitor	PEEK, o.d. 1/16", i.d. 0.75 mm	100	44
3	Pressure monitor to mixer	PEEK, o.d. 1/16", i.d. 0.75 mm	210	93
4	Mixer to injection valve	PEEK, o.d. 1/16", i.d. 0.75 mm	180	80
5	Injection valve to column or column valve	PEEK, o.d. 1/16", i.d. 0.50 mm	170	33
6	Column or column valve to UV monitor	PEEK, o.d. 1/16", i.d. 0.50 mm	150	30
7	UV monitor to conductivity monitor	PEEK, o.d. 1/16", i.d. 0.50 mm	230	45
8	Conductivity monitor to flow restrictor	PEEK, o.d. 1/16", i.d. 0.50 mm	95	19
9	Flow restrictor to outlet valve	PEEK, o.d. 1/16", i.d. 0.50 mm	135	27
Frac	Outlet valve to fraction collector	PEEK, o.d. 1/16", i.d. 0.50 mm	400	79

pHバルブ接続チュービング (pHバルブに付属)

Label	Description	Tubing	Length (mm)	Volume (mL)
8pH	Conductivity monitor to pH valve	PEEK, o.d. 1/16", i.d. 0.5 mm	180	35
9pH	pH valve to outlet valve	PEEK, o.d. 1/16", i.d. 0.5 mm	160	31
1R	pH flow cell to flow restrictor	PEEK, o.d. 1/16", i.d. 0.5 mm	80	16
2R	Flow restrictor to pH flow cell	PEEK, o.d. 1/16", i.d. 0.5 mm	80	16


アウトレットチュービング

Label	Description	Tubing	Length (mm)	Volume (mL)
Out	Outlet valve port Out1	ETFE, o.d. 1/16", i.d. 1.0 mm	1500	1.2

廃液チュービング

Label	Description	Tubing	Length (mm)	Volume (mL)
W1	Pump waste. Connected to injection valve port W1 .	ETFE, o.d. 1/16", i.d. 1.0 mm	1800	1.4
W2	Sample loop waste. Connected to injection valve port W2 .	ETFE, o.d. 1/16", i.d. 1.0 mm	1800	1.4
W3	pH valve waste. Connected to pH valve port W3 .	ETFE, o.d. 1/16", i.d. 1.0 mm	1800	1.4
W	System waste. Connected to outlet valve port W .	ETFE, o.d. 1/16", i.d. 1.0 mm	1400	1.1

バッファーインレットバルブ（オプション）




Part	Description	Tubing length
1-6	Buffer inlets A1-A6 or B1-B6	1250 mm
7	Outlet to inlet A or inlet B in Inlet Valve K9	Adjust to suitable length. (Max. 300 mm)

13.3. 圧力センサーのキャリブレーション

送液停止（End）時に圧力値が ± 0.02 MPa を超える場合に、以下の手順でキャリブレーションを行います。

1. System Control より、**System** ↓ **Calibrate** を選択し、Calibration ダイアログを表示します。



2. キャリブレーションが必要な圧力センサー部分のコネクターを外して開放します。



3. **Monitor to calibrate** から該当するコマンドを選択し、**Reset pressure** ボタンをクリックします。
4. キャリブレーションが終了したら **Close** ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。
5. 開放したコネクターおよびチュービングを再接続します。


13.4. pH 電極のキャリブレーション

pH バルブおよび pH 電極はオプションです。

pH 電極を使用する時に 2 点校正を実施します。未使用時には pH 電極を保護液（保存液）に浸漬させます。

推奨 pH 電極保護液（保存液）：1 M 硝酸カリウム（KNO₃）と pH 4 の溶液を等量混合した溶液

1. pH 電極のケーブルが pH バルブのユニット（左上）に挿入されていることを確認します。
2. System Control より、**System** ↓ **Calibrate** を選択し、**Calibration** ダイアログを表示します。



3. ダミー電極を取り外し、pH 電極を pH バルブのフローセルに接続します。
4. **Monitor to calibrate** から **pH** を選択し、**Prepare for calibration** ボタンをクリックします。
5. **pH for buffer 1** に最初の校正液の pH を入力します。
6. 10 ml シリンジに校正液を満たし、pH バルブの Cal ポートに接続されるルアーコネクタと接続し、ゆっくりと校正液を注入します。
7. Current value の値が安定したら、上段の **Calibrate** ボタンをクリックします。電極の状態や温度により、値が安定するまで時間がかかることがあります。
8. シリンジを取り外し、10 ml の超純水を満たしたシリンジを再度 pH バルブの Cal ポートに接続し、洗浄します。
9. **pH for buffer 2** に 2 番目の校正液の pH を入力します。
10. 10 ml シリンジに校正液を満たし、pH バルブの Cal ポートに接続し、ゆっくりと校正液を注入します。
11. Current value の値が安定したら、下段の **Calibrate** ボタンをクリックします。
12. **Close** ボタンをクリックします。
13. シリンジを取り外します。



13.5. pH フローセルの洗浄および pH 電極の保存

pH バルブおよび pH 電極はオプションです。

使用後に以下の手順で pH フローセル内の洗浄を行います。

2 日以上 pH 電極を使用しない場合は、超純水での洗浄後に pH 電極をフローセルから取り外し、保護液（保存液）に浸漬します。代わりにダミー電極を pH バルブのフローセルに接続します。

pH 電極に対して、強酸、強アルカリ、有機溶媒を送液すると pH 電極の劣化が加速します。

システム洗浄の際には、pH 電極を外すか、pH バルブをオフラインにして、pH 電極に溶液を流さないようにします。

1. System Control より、**System** ↓ **Calibrate** を選択し、Calibration ダイアログを表示します。

Calibration - AKTA_pure_1776647

Monitor to calibrate: pH Current value 3.986

Calibration procedure

Prepare for calibration

Calibrate the pH electrode for buffer 1. [0-14]

pH for buffer 1 0.0000 Calibrate

pH for buffer 2 0.0000 [0-14] Calibrate

Last calibrated on:

Calibrated electrode slope: %

Asymmetry potential at pH 7: mV

Warning! Do not start a run (manually or using a method) when the pH calibration window is open.

Description

'pH' calibrates the pH electrode with two point calibration, i.e., using two pH calibration solutions. It can also be used to fill the pH cell with storage solution since the pH valve is in open position. For calibration, preferably use pH standard buffers pH 4 or 7 as the first calibration point and a pH standard buffer close to the lowest or highest pH you need to measure as your second point.

Parameters

Generate Report Close

2. **Monitor to calibrate** から **pH** を選択し、**Prepare for calibration** ボタンをクリックします。
3. 10 ml シリンジに超純水を満たし、pH バルブの **Cal** ポートに接続されるルアーコネクターと接続し、ゆっくりと超純水を注入します。
4. シリンジを取り外し、保護液（保存液）を満したシリンジを再度 pH バルブの **Cal** ポートに接続し、ゆっくりと保存液を注入します。
5. **Close** ボタンをクリックします。
6. シリンジを取り外します。

13.6. Instrument configurations コンフィグレーションファイルのアップデート


Instrument configurations (IC) コンフィグレーションファイルは、コマンド、各種設定などのシステム情報を含み、定期的に更新されます。ここではファイルのダウンロード方法および、インストール方法を記載します。

手順は使用環境（コンピューター、OS、ブラウザ、UNICORN などの種類、バージョン、設定）によって変わることがあります。

OS	Windows 10	Windows 11
UNICORN	7.4 以降	7.9 以降
ÄKTA go IC	1.0 以降対応	3.0 以降対応

13.6.1. コンフィグレーションファイルのダウンロード

1. グローバルサイト（www.cytiva.com）へアクセスします。
2. 「ÄKTA go」でサイト内検索をします。
3. 製品ページで Documents カテゴリー「Software」内にある「ÄKTA go Instrument Configuration」をクリックし、zip ファイルをダウンロードします。ファイルは 20 MB 程度あるため、快適なネットワーク環境で作業されることをお勧めします。
4. zip ファイルを 1 回解凍します。通常はファイル名に機種名が含まれる zip ファイルと PDF ファイルが格納されています。この zip ファイルは解凍しません。詳細な手順は同梱される PDF ファイルをご覧ください。
5. 機種名が記載される zip ファイルを UNICORN がインストールされているコンピューター（デスクトップなど）へコピーします。




13.6.2. システムコントロールの記録

コンフィグレーションファイルを更新すると、システム構成、システムコントロール画面の表示設定およびフラクションコレクターの設定（ディレイボリューム、ランプ照射設定、温度設定）がリセットされることがあります。画面キャプチャーするなどして、変更前の設定を記録します。


13.6.2.1. システム構成

1. Administration モジュール内の System properties をクリックします。
 System Properties
2. 画面左の Systems を選択し、Edit ボタンをクリックします。
3. 画面左の Component types を上から順にクリックし、それぞれ右側に表示されるコンポーネントのチェック有無および種類をメモします。



13.6.2.2. System control 画面表示

1. System control モジュール内で、Tool → Customize を選択します。
2. それぞれのタブに記載される設定をメモします。




13.6.2.3. フラクションコレクターの設定

デレイボリューム設定に関して、6 章を参照します。


13.6.3. コンフィグレーションファイルのインストール

ファイルのインストールは、必ず ÄKTA go とのコミュニケーションが取れているエンド状態で行います。

1. Administration を開き、System properties をクリックします。



2. Instrument Configuration ボタンをクリックします。
3. 画面左の Systems を選択し、Import をクリックし、インストールする Configuration ファイル (.zip) を選択します。
4. コピーした圧縮ファイルを選択し、Open ボタンをクリックします。
5. 新しいコンフィグレーションのインストールが終了したら、プルダウンリストより最新のコンフィグレーションファイルを選択します。
6. 6、「13.6.2.1 システム構成」で記録した内容と照らし合わせ、コンポーネントを選択します。
7. OK ボタンをクリックします。
8. UNICORN を再起動します。
9. システムコントロール画面を開きます。
10. UNICORN と ÄKTA 本体との接続がされない場合は、**System ↓ Connect to Systems** を選択し、**Connect to systems** ダイアログを表示します。
11. **System name** にチェックを入れます。また **Control** ラジオボタンが選択されていることを確認します。
12. **OK** ボタンをクリックします。




13.6.4. システムコントロールの設定


「13.6.2.2 System control 画面表示」「13.6.2.3 フラクションコレクターの設定」で記録した内容と照らし合わせ、設定します。

13.6.5. 既存メソッド

作成済みのメソッドを開くと確認画面が表示されることがあります。**OK** ボタンをクリックしてその画面を閉じます。



もし、システム構成が異なったメソッドを開く場合には、**Adapt method** ボタンをクリックします。



13.7. カラム事前定義ファイルアップデート


カラムハンドリング（Column handling）には Cytiva が提供する充填済みのカラム、空カラム、担体の情報があらかじめ定義された状態で管理されています。この情報は使用している UNICORN が作成された時点のものであるため、その後に提供開始した製品情報を含みません。

新たな情報を追加するためには、操作者自身で情報を追加する以外に、弊社本国サイトにて提供される更新ファイルを使い、定義ファイルを更新することができます。ここでは、ファイルのダウンロード方法および、インストール方法を記載します。

表示される画面や手順は、使用するコンピューターの OS、ブラウザの種類やバージョンにより異なります。

新規にカラム情報を登録するなど、カラムハンドリングの詳細を確認する場合は、「Method Manual」の「Handling column types（8.2 章または 9.2 章）」を参照してください。

1. グローバルサイト（www.cytiva.com）へアクセスします。
2. 「UNICORN 7 control software」でサイト内検索をします。
3. 製品ページで Documents カテゴリ「Software」内にある「Column List for UNICORN 6.1 and later versions」をクリックし、zip ファイルをダウンロードします。
4. ダウンロードしたファイルを UNICORN がインストールされている PC にコピーします。
5. Tools ↓ Column Handling を選択します。UNICORN 7 の Evaluation 以外であれば、どのモジュールからでも選択できます。
6. Column Type Parameters タグを選択し、Import ボタンをクリックします。
7. 手順 3 で解凍して得られた Zip ファイルを選択し、Open ボタンをクリックします。
8. 確認画面が表示されたら、Yes ボタンをクリックします。



総合お問合せ窓口

TEL : 03-5331-9336

(営業日の 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:30)

機器アフターサービス (音声案内にしたがい①を選択)

FAX : 03-5331-9349 (常時受付)

製品技術情報に関して (音声案内にしたがい②を選択)

e-mail : Tech-JP@cytiva.com (常時受付)

納期／在庫に関して (音声案内にしたがい③を選択)

注) お問合せに際してお客さまよりいただいた情報は、お客さまへの回答、弊社サービスの向上、弊社からのご連絡のために利用させていただく場合があります。

www.cytivalifesciences.co.jp

論文に掲載いただく際の名称・所在地

Cytiva

Tokyo, Japan

掲載されている製品は試験研究用以外には使用しないでください。掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。掲載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。お問合せに際してお客さまよりいただいた情報は、お客さまへの回答、弊社サービスの向上、弊社からのご連絡のために利用させていただく場合があります。

Cytiva(サイティバ)

グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社
〒169-0073

東京都新宿区百人町3-25-1 サンケンビルヂング

お問合せ：バイオダイレクトライン

TEL : 03-5331-9336

e-mail : Tech-JP@cytiva.com



Intertek
ISO 9001:2015
認証取得

www.cytivalifesciences.co.jp